ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 4 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 9 сентября 2008г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени).

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
	Приложение№8 к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Аппарата в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии	стр. 18-20 Приложение№8 к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Аппарата в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии	На основании ФЗ РФ № 94-ФЗ Ст. 34, п.3, п.8 просим разъяснить, является ли представленное нами оборудование «эквивалентом» оборудованию, указанному в Приложении №8 к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Аппарата в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии, а именно:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	**Стойка медицинская приборная** Высота не менее 1,6 м Полоки для аппаратов, не менее 6шт, включая боковую полку Держатель камерной головки Электроблок не менее 6 розеток Ящик для хранения аксессуаров с замком Антистатические колеса размером не менее 125мм, 2 с поворотным механизмом и фиксацией Специальное покрытие на основе полиэфирных смол, устойчивое к дезинфицирующим средствам Размер полок не менее 450*550 мм Установка полок на любой высоте	**1 шт.**
2	**Видеокамера эндоскопическая с цветным изображением** ПЗС матрица SONY не менее 1/3" Выход видеосигнала: ВИДЕО выход - 2 S-ВИДЕО выход - 2 RGB выход - 1 Разрешение не менее 480 Твл Чувствительность не хуже 1лк Стандарт видеосигнала - CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL Соотношение сигнал/шум, не менее 46 дБ Диапазон рабочих освещенностей операционного поля не менее 10 - 20000 лк Автоматическая установка экспозиции Автоматическая корректировка баланса белого, с функцией сохранения в памяти последнего параметра "белого" Уровни четкости изображения, не менее 3-х Режим работы с фиброскопами Цветовой тест для проверки настроек монитора Напряжение питания от сети переменного тока напряжением 220В, частота 50Гц Комплектация: Блок цифровой видеокамеры Проксимальная камерная головка с соединительным кабелем Оптический адаптер с магнитным приводом фокусировки объектива с постоянным фокусным расстоянием не более 28 мм Набор присоединительных кабелей Шнур питания	**1 шт.** 1 1 1 1 1
3	**Видеомонитор медицинский, диагональ 19 дюймов** Тип экрана: матрица Super-Advanced SFT с защитной стеклянной панелью	

	Размер изображения: 376,3 x 301,1 мм, диагональ 19,0"/480 мм. Разрешение: 1280x1024 точек Макс.яркость (тип.): 300 кд/м2 Уровень контраста (тип.): 450:1 Время переключения GTG ("серый-серый"): 20 мс Соотношение сторон изображения: 5:4 Угол обзора: 1700 по горизонтали и вертикали Входы сигнала: Компьютерный сигнал: - цифровой (DVI-D); - аналоговый (HD D-sub 15pin) + выход D-sub 15 pin. Видеосигнал: - композитный (BNC); - композитный (RCA); - S-Video (4 pin Mini DIN). Напряжение питания: 12 В постоянного тока (адаптер в комплекте) Потребляемая мощность: 60 Вт (5 Вт в режиме ожидания) Диапазон рабочих температур: 0-400 С Диапазон рабочей влажности: 10-80% (без конденсата) Размеры: 493,2 x 361 x 200 мм (ШхВхГ) Вес: 9,5 кг Аксессуары в поставке: подставка, соединительные кабели DVI, VGA, S-Video, композитный, адаптер питания, сетевой шнур, CD-ROM, руководство.	
4	**Инсуфлятор CO_2 электронный** Скорость потока газа, не менее 20л/мин Диапазон поддерживаемого давления 1-25мм рт.ст. Цифровая индикация израсходованного газа Звуковая индикация отрицательного абдоминального давления Звуковая индикация повышенного абдоминального давления Система предохранительных клапанов Точность поддержания абдоминального давления ± 1 мм рт.ст. Режим автотестирования Напряжение питания от сети переменно тока напряжением 220В, частотой 50Гц Возможность работы от баллона и от магистрали с газом Комплектация: Блок электронного инсуфлятора Шнур питания Комплект силиконовых трубок для подключения Шланг высокого давления Редуктор Гаечный ключ Инструкция по эксплуатации	**1 шт.** 1 1 1 1 1
5	**Осветитель для жестких эндоскопов ксеноновый** Коротко-дуговая лампа (ксеноновая) Плавная регулировка освещенности Защитная шторка на осветительном канале Счетчик времени наработки прибора Освещенность не менее 90000лк Лампа ксеноновая типа UXR-300 CU, мощность 300 Вт Срок службы лампы не менее 1000 часов Возможность подключения световодных жгутов других производителей Напряжение питания от сети переменного тока напряжением 220В, частота 50Гц Комплектация: Блок осветителя Шнур питания	**1 шт.** 1 1
6	**Световодный жгут** Стандарт Storz Высокотемпературный Диаметр, не более 5 мм Длина, не менее 2,2 м Возможность подключения через адаптер к оптике Wolf, Olympus	**1 шт.**
7	**Аспиратор-ирригатор (аквапуратор) хирургический**	**1 шт.**

	Производительность по воздуху: отсасывание и нагнетание не менее 6л/мин	
	Избыточное давление в оросителе 300 мм рт.ст.(40 кПА), разрежение на входе аспиратора - 500 мм рт.ст.(-65 кПА)	
	Емкость для аспирации не менее 2л	
	Управление педалью	
	Стилет стерелизуемый для забора физраствора	
	Автоматическое отключение при переполнении приемного сосуда	
	Наличие предохранительного клапана-ограничителя переполнения емкости для аспирата	
	Раздельное крепление емкостей для физраствора и аспирата с возможностью крепления банок на аппаратую стойку	
	Напряжение питания от сети переменно тока напряжением 220В, частотой 50Гц	
	Комплектация:	
	Блок аспирации и ирригации	1
	Педаль	1
	Стилет для забора физиологического раствора	1
	Банка пластиковая 2л для отсасываемой жидкости	1
	Крышка для банки с клапаном и фильтром предотвращающим переполнение банки	1
	Подставка для банок	1
	Комплект силиконовых шлангов для подключений	1
	Кабель электропитания	1
8	**Аппарат электрохирургический высокочастотный** Напряжение питания от сети переменного тока напряжением 180-250В, частота 50/60Гц	**1 шт.**
	Номинальная выходная мощность аппарата в режимах:	
	РЕЗАНИЕ монополярное резание с тонким слоем коагулянта 300 Вт	
	СМЕСЬ монополярное резание с коагуляцией 200 Вт	
	КОАГ2 плавная монополярная коагуляция 110 Вт	
	КОАГ1 монополярная форсированная коагуляция 200 Вт	
	СПРЕЙ монополярная бесконтактная коагуляция 70Вт	
	БИ-КОАГ биполярная коагуляция 80 Вт	
	Активация рабочих режимов: двухклавишной педалью одноклавишной биполярное педалью (режим БИ-КОАГ)	
	Возможность подключения аппарата аргоноплазменной коагуляции	
	Выбор режимов и регулировка мощности осуществляется при помощи кнопок с цифровой индикацией значений	
	Сохранение в памяти аппарата последних режимов и установленных значений уровней мощности для каждого режима	
	система установки повышенной выходной мощности в начальной фазе разреза - ППС (Пиковая Пусковая Система)	
	Система контроля и индикации (звуковой и световой) исправности нейтрального электрода	
	Прочный электробезопасный корпус	
	Соответсвие стандартам тип CF, класс 2	
	Габаритные размеры: 291х260х164 мм	
	Масса 4 кг	
	Комплект поставки:	
	ВЧ электрохирургический блок, 300 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ,КОАГ1, КОАГ2, СПРЕЙ; би-поляр: БИ-КОАГ; пуск с руки	1
	Педаль двухклавишная	1
	Педаль одноклавишная биполярная	1
	Нейтральный электрод из токопроводящей резины (260 х 195 мм, 507 см кв.)	1
	Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м)	1
	Кабель для подключения монополярного лапароскопического инструмента, монополярных пинцетов с диаметром штекера 4 мм (длина кабеля 3 м)	2
	Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м)	1
	Кабель для подключения биполярного лапароскопического инструмента STORZ, АКСИОМА (длина кабеля 3 м)	1
	Кабель для подключения биполярного лапароскопического инструмента ППП, МФС (длина кабеля 3 м)	1

9	**Измельчитель тканей электромеханический (Морцеллятор)** Напряжение питания от сети переменно тока напряжением 220В, частотой 50Гц Наружный диаметр тубусов для ножей 14мм и 18мм Внутренний диаметр трубок-ножей 10мм и 14мм Внутренний диаметр ножа для интрафасциальной гистерэктомии 16мм и 20мм Скорость вращения 0,5 - 2,0 об/сек Длина трубок-ножей диам.10мм и 14мм - 236мм Длина трубок-ножей диам.16мм и 20мм - 350мм Напряжение питания электропривода 27В В комплект входит: Моторная система Блок управления Педаль Рукоятка Нож диам.14мм с направляющей Зажим для захвата Зажим клювовидный Нож диам.10мм с направляющей Нож для гистерэктомии диам.16мм с направляющей	**1 шт.** 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10	**Лапароскоп операционный** Диаметр 10мм Угол направления наблюдения 30 градусов Адаптер для подключения кабелей Storz, Wolf, Olympus	**1 шт.**
	Инструменты:	
11	Игла для пневмоперитонеума с замком Луер	1
12	Троакар универсальный с краном для газоподачи, со стилетом пирамидальным, диаметр 5,5 мм	2
13	Троакар автоматический с краном для газоподачи с силиконовым клапаном диаметр 5,5 мм с гладким металлическим тубусом	2
14	Стилет конусный диаметром 5,5 мм	2
15	Переходник 5,5/11 мм	1
16	Вставка переходная с откидным клапаном 11/5,5 мм	1
17	Ножницы прямые, диаметр 5 мм, разборные, с отключаемой ротацией, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, рукоятка пластиковая без фиксатора	1
18	Ножницы прямые, диаметр 5 мм, разборные, с отключаемой ротацией, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, рукоятка пластиковая без фиксатора	1
19	Диссектор, длина бранш 19 мм, диаметр 5 мм, разборный, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, с двумя подвижными браншами, рукоятка без фиксатора	1
20	Зажим для захвата, диаметр 5 мм, разборный, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, с двумя подвижными браншами, рукоятка с фиксатором	1
21	Зажим атравматический для полых тканей, диаметр 5 мм, разборный, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, с двумя подвижными браншами, рукоятка с фиксатором	1
22	Зажим атравматический короткий, диаметр 5 мм, разборный, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, с двумя подвижными браншами, рукоятка с фиксатором	1
23	Зажим с когтевым захватом типа "Кобра" , 5 мм, разборный, поворотный, с двумя подвижными браншами, рукоятка с фиксатором	1
24	Рукоятка пластмассовая с разъемом для подключения ВЧ электрокоагуляции и кремальерой	1
25	Щипцы биполярные с одним электродом-пинцетом	1
26	Электрод коагулирующий и диссекционный, L-образный, размер 5 мм	1
27	Электрод коагулирующий и диссекционный шар, диаметр 5 мм	1
28	Электрод коагулирующий лопатка, диаметр 5 мм	1
29	Электрод коагулирующий прямой, диаметр 5 мм	1
30	Штопор для удаления миоматозных узлов, диаметр 5 мм	1
31	Штопор для удаления миоматозных узлов, диаметр 10 мм	1

32	Средство от запотевания оптики	20
33	Рукав для эндовидеокамеры (50 штук в комплекте) стерильные	2
34	**Документы:** Регистрационное удостоверение Минздрава России Сертификат соответствия Госстандарта России	 Наличие Наличие
35	**Монтаж, обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства:** Монтаж и ввод в эксплуатацию на месте установки Обучение медицинского персонала на рабочем месте Гарантия на всю систему не менее	 Наличие Наличие 12 месяцев

Ответ:

Предложенные Вами характеристика аппарата в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии не соответствуют заявленным техническим характеристикам, представленным в заявке на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд ЛПУ г. Владимира на 4 квартал 2008 года по следующим характеристикам:

- имеет меньшую разрешающую способность видеокамеры;
- видиомонитор не является жидкокристаллическим;
- световод – жгут, а не фиброволоконный;
- морциллятор имеет более низкие технические характеристики.

Одновременно сообщаем, что Ваш запрос не содержит пунктов на разъяснение конкретных требований документации об аукционе.