

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку аппарата рентгенодиагностического на 2 рабочих места для Муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор и «Точмаш» (дата начала процедуры рассмотрения заявок 15 апреля 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Приложение к Информационной карте	п.5.2.8 Технического задания	Прошу Вас разъяснить — при поставке нами излучателя рентгеновской трубки со скоростью вращения анода 3000 об/мин. Будем ли мы допущены до участия в аукционе? Или необходим измеритель с характеристикой, как минимум 3001 об/мин.

Ответ:

Требованиям аукционной документации будет соответствовать аппарат излучатели которого имеют скорость вращения 3000 и более об/мин.