Приложение № 2

Техническая характеристика

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА (ПРОЦЕССОР) ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ

Аппарат должен соответствовать требованиям МЭК 601-1, МЭК 601-2-7, МЭК 601-2-15, МЭК 601-1-2 и/или ГОСТ 26140 (1984) ГОСТ Р 50267-92. Аппарат должен обеспечивать проведение всех видов рентгенографических исследований, включая линейную томографию

Описание требований	Наличие функции или величины параметра по ТЗ	Наличие функции или предлагаемая величина параметра
Универсальная автоматическая проявочная машина (процессор) для общей рентгенологии	**Наличие**	
Общие требования		
Соответствие оборудования действующим в РФ отечественным и международным стандартам	Наличие	
Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование	Наличие	
Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование	Наличие	
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или ГСЭС РФ на оборудование	Наличие	
Возможность обработки рентгеновской пленки для маммографии и для общей рентгенографии	Наличие	
Технические характеристики		
Форматы обрабатываемой пленки, не хуже	От 10х10см до 35х35см	
Производительность пленок (35х43 см) в час, не менее	85	
Время обработки пленки, не хуже	40 - 360 с	
Потребление воды, не более	1 л/мин	
Объем рабочих емкостей: проявитель, фиксаж, вода, каждая не менее	5,0 л	
Объем дополнительных емкостей: проявитель, фиксаж, каждая не менее	15 л	
Система обновления реактивов	Наличие	
Микропроцессорное управление	Наличие	
Система индикации процессов	Наличие	
Возможность обрабатывать маммографическую пленку	Наличие	
Температура обработки, автоматически поддерживаемая в заданном диапазоне, не хуже		
проявитель, град С	22-47	
сушка, град С	35-71	
Подставка для машины и дополнительных ёмкостей	Наличие	
Вес, без растворов/с растворами, не более	45 / 65 кг	
Прочие условия		
Стартовый набор реактивов (40 л проявитель, 40 л фиксаж) для работы в течение 1 месяца	Наличие	
Требования к сети	однофазная, 220 В ± 10%	
Выпуск не ранее 2008 года	наличие	
Срок предоставления гарантии качества товара, не менее	12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии	
Комплект эксплуатационной документации на русском языке	Наличие	