

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку палатного аппарата рентгенографического для МУЗ «Городская больница №4» (дата начала процедуры рассмотрения заявок 31 августа 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Приложение к Информационной карте	п.2 .4 п.2.5	В данных пунктах ограничение диапазонов углов поворота рентгеновского излучателя приводит к ухудшению медико-технических параметров аппарата т.к. Например поворот излучателя вокруг оси кронштейна 180 ⁰ вместо указанных 90 ⁰ существенно улучшает работу врача. Просим разъяснить, как будет оцениваться аппарат с большим диапазоном поворота.

Ответ:

Пункты 2.4. и 2.5 технического задания не ограничивают диапазоны углов поворота излучателя, а обозначают требования к параметрам.

Поворот рентгеновского излучателя вокруг оси кронштейна не влияет на качество работы врача и необходим, чтобы получать снимки в косых проекциях. Для проведения таких исследований не нужен угол более 90 градусов. Поэтому больший диапазон углов не будет считаться преимуществом.