

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-18-Р

Место рассмотрения заявок: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40  
Дата и время рассмотрения заявок: **05.05.2009 11ч 30мин. по московскому времени**

#### Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **поставку медицинского оборудования «Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места КРД-ОКО»** или эквивалент для МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибеева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего количества членов аукционной комиссии.

**Муниципальный заказчик** – МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира».

**Уполномоченный орган:** управление муниципального заказа администрации города Владимира.

**Источник финансирования:** внебюджетные источники финансирования.

**Основание:** Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 23.03.2009 № 105-П. Извещение от 24.03.2009 № 78 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 24.03.2009 № 32. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 08.04.2009 № 151-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 09.04.2009 № 39.

**Предмет муниципального контракта:** Поставка медицинского оборудования «Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места КРД-ОКО» или эквивалент для МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира».

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта,** включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **5 700 000,00 руб.** (Пять миллионов семьсот тысяч рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **09 ч 00 мин.** по московскому времени **28 апреля 2009 года** было подано 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа:

| № заявки УРЗ | Наименование и место нахождения участника размещения заказа   |
|--------------|---|
| 1            | ЗАО «НИПК «Электрон», юр. адрес: 197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Ленинградская, д.52-а, литер А, почтовый адрес: 198188, г.Санкт-Петербург, а/я 12, т/ф (812)-325-02-02, 325-04-44; |
| 2            | ООО «Техмедторг», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.17, т 32-60-90.  |

2. Комиссия **рассмотрела заявки** на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

| № заявки УРЗ | Наименование и место нахождения участника размещения заказа   | Результаты голосования   |
|--------------|---|--|
| 1            | ЗАО «НИПК «Электрон», юр. адрес: 197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Ленинградская, д.52-а, литер А, почтовый адрес: 198188, г.Санкт-Петербург, а/я 12, т/ф (812)-325-02-02, 325-04-44; | «ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шibaева М.Н.<br>«ПРОТИВ» - нет |

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

| № заявки УРЗ   | Наименование и место нахождения участника размещения заказа      | Обоснование принятого решения   |
|--|--|---|
| 2  | ООО «Техмедторг», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.17, т 32-60-90; | п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ - несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п.8 Информационной карты аукциона (качественные характеристики товара не соответствуют техническим характеристикам, указанным в приложении к информационной карте открытого аукциона). |
| Результаты голосования:  |  |   |
| «ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шibaева М.Н.<br>«ПРОТИВ» - нет |  |   |

3. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа: **ЗАО «НИПК «Электрон», юр. адрес: 197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Ленинградская, д.52-а, литер А, почтовый адрес: 198188, г.Санкт-Петербург, а/я 12**, в соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **аукцион признать несостоявшимся.**

4. В соответствии с ч.6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с участником аукциона **ЗАО «НИПК «Электрон», юр. адрес: 197758, г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Ленинградская, д.52-а, литер А, почтовый адрес: 198188, г.Санкт-Петербург, а/я 12** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене,

указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с ЗАО «НИПК «Электрон», юр. адрес: 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52-а, литер А, почтовый адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, а/я 12 и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **5 700 000,00 руб.** (Пять миллионов семьсот тысяч рублей).

**Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:**

| № лота   | № п/п | Наименование товара  | Производитель        | Единица измерения | Количество |
|--|-------|--|----------------------|-------------------|------------|
| ----   | 1.    | Комплекс рентгеновский диагностический КРД-ОКО (на 3 рабочих места)  | ЗАО «НИПК «Электрон» | Комплекс          | 1 (один)   |
| Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара |       | <p>Предлагаемый универсальный стационарный Комплекс рентгеновский диагностический КРД-ОКО (на 3 рабочих места) предназначен для проведения всего спектра основных рентгенологических исследований, включая рентгенографические снимки, просвечивание и линейную томографию.</p> <p>Комплекс рентгеновский диагностический КРД-ОКО (на 3 рабочих места) имеет возможность подключения к нему стойки вертикальной с цифровой рентгенографической камерой, с разрешающей способностью цифрового детектора не менее 3,5 пл/мм, размером рабочего поля 400*400 мм и диапазоном изменения высоты детектора 1100 мм, в комплекте с автоматизированными рабочими местами рентген-лаборанта и врача рентгенолога.</p> <p>Данная комплектация обеспечивает проведение цифровых флюорографических исследований с возможностью их архивации.</p> <p>Все поставляемое оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено в 2009 г. (Технические характеристики предоставлены)</p> |                      |                   |            |
| Место и сроки поставки товара  |       | МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира», 600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер., д. 4., до 30 июля 2009 года  |                      |                   |            |
| Условия поставки товара  |       | <p>В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта Поставщик гарантирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом;</li> <li>-поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;</li> <li>-произвести разгрузку Товара, установку, пуск и наладку;</li> <li>-провести инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании;</li> <li>-предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;</li> <li>-устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.</li> </ul>  |                      |                   |            |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара   |       | <p>Безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Оплата Товара производится по мере поступления финансирования в течение 3, 4 кварталов 2009 года после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем Товара, оформленного актом приема-передачи, а также пуска и наладки поставленного Товара, оформленных актом пуска-наладки.</p> <p>Порядок оплаты: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки, приема-передачи</p>   |                      |                   |            |
| Безопасность товара  |       | <p><b>Комплекс по безопасности удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ Р 50267.0.3, ГОСТ Р 50267.7, ГОСТ Р 50267.28, ГОСТ Р 50267.32, СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99), СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СанПиН 2.6.1.1192-03</b></p> <p>Монтаж Комплекса должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями по электрической и механической безопасности, а также с соблюдением всех прочих мер безопасности, содержащихся в Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту и Руководстве по эксплуатации. Комплекс не</p>   |                      |                   |            |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>должен использоваться, если он находится в неисправном состоянии, либо если в неисправном состоянии находится какая-либо из составных частей Комплекса. Также Комплекс не должен использоваться, если неисправно любое из устройств безопасности Комплекса. Любая модификация Комплекса или его устройств безопасности должна быть утверждена изготовителем перед внесением этого изменения. Комплекс должен использоваться аккуратно и регулярно проходить техническое обслуживание в соответствии с графиком, приведенным в разделе 5 Руководства.</p> <p>Комплекс не должен использоваться в условиях, когда существует опасность взрыва. Это оборудование не является анестезиологически защищенным и может воспламенить огнеопасные анестезиологические смеси. Огнеопасные вещества, используемые для прочистки кожи или для дезинфекции, также могут создавать угрозу взрыва. Убедитесь, что Комплекс выключен и отсоединен от цепи питания перед проведением работ по прочистке или дезинфекции оборудования. Будьте осторожны с токопроводящими растворами – при попадании внутрь компонентов Комплекса они могут нарушить его работоспособность и безопасность.</p> <p>*Подробно условия безопасности товара указаны в Руководстве по эксплуатации, которое предоставляется при поставке товара Получателю.</p> |
| Требования к размерам товара                  | <p>Поставляемый товар упаковывается и маркируется в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ и условиями муниципального контракта. Размеры и вес товара указываются в упаковочной ведомости на товар. Упаковочная ведомость входит в перечень документов предоставляемых при поставке товара в адрес Получателя.</p>   |
| Требования к упаковке товара                  | <p>Поставляемый товар упаковывается и маркируется в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ и условиями муниципального контракта.</p> <p>1. Вариант временной противокоррозионной защиты должен соответствовать ВЗ-10 по ГОСТ 9.014 при упаковке пульта управления питающего устройства, ЭСУ, ионизационных камер реле экспозиции и УРИ.</p> <p>Срок защиты без переконсервации - 1 год.</p> <p>2. Вариант внутренней упаковки по ГОСТ 9.014 должен быть ВУ-5 для упаковки пульта управления питающего устройства, ЭСУ, ионизационных камер реле экспозиции и УРИ.</p> <p>3. Комплекс должен быть упакован в деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, ГОСТ 12082.</p> <p>4. Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в ящик №1.</p>   |
| Требования к хранению                         | <p>Условия хранения комплекса в части воздействия климатических факторов - ГОСТ 15150 для условий хранения 1</p>  |
| Требования к отгрузке товара                  | <p>Погрузка, разгрузка, доставка до склада получателя осуществляется силами и средствами Поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.</p>   |
| Срок предоставления гарантий качества товара  | <p>Гарантийный срок хранения и эксплуатации оборудования составляет 18 месяцев, в том числе: гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты поставки, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию</p>  |
| Объем предоставления гарантий качества товара | <p>100% объем гарантии</p>  |
| Требования к обслуживанию товара              | <p>К обслуживанию комплекса допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и проинструктированные по технике безопасности. Производить какие-либо работы по регулировке, настройке и ремонту комплекса имеют право только специалисты сервисного отдела ЗАО «НИПК «Электрон» или специалисты авторизованной ЗАО «НИПК «Электрон» сервисной организации. При работах по техническому обслуживанию комплекса необходимо строгое соблюдение правил мер безопасности. Оператору, работающему с комплексом, запрещается вскрывать крышки генератора, а также входить в сервисный режим генератора и пытаться изменить запрограммированные настройки генератора.</p> <p>Комплекс КРД-«ОКО», как и любая сложная техническая установка,</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>должен использоваться аккуратно и периодически проходить обслуживание. ЗАО «НИПК «Электрон» отвечает за безопасность при работе комплекса только в том случае, если его обслуживание или ремонт производится персоналом ЗАО «НИПК «Электрон» или авторизованной сервисной организации. Производитель не несет ответственности за сбои в работе, повреждения или опасные ситуации, возникшие, прямо или косвенно, в результате несоблюдения правил обслуживания.</p> <p>*Подробно требования к обслуживанию товара указаны в Руководстве по эксплуатации, которое предоставляется при поставке товара Получателю.</p>  |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара   | <p>Изготовитель гарантирует соответствие комплекса требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.</p> <p>Комплекс, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется предприятием-изготовителем.</p> <p>Гарантийное обязательство поставщика не сохраняется, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ нарушены условия хранения, транспортирования или эксплуатации (в том числе, имеются следы механических повреждений), установленные эксплуатационной документацией (техническими условиями);</li> <li>▪ нарушены пломбы предприятия-изготовителя;</li> <li>▪ техническое обслуживание проводится специалистами, не прошедшими обучение и не имеющими разрешения предприятия-изготовителя на право обслуживания комплекса данного типа;</li> </ul> <p>После окончания гарантийного срока эксплуатации комплекса, предприятие-изготовитель осуществляет техническое обслуживание изделия по отдельному договору или гарантийным письмам.</p> |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)                                   | <p>ГОСТ 26140-84,<br/>ГОСТ 26141-84,<br/>ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88),<br/>ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94),<br/>ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87),<br/>ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93),<br/>ГОСТ Р 50267.32-99, (МЭК 60601-2-32-94);<br/>СанПиН 2.6.1.1192-03<br/>ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ИСО 9001:2000)<br/>ТУ 9442-007-11150760-2002</p>   |
| Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | <p>- Сертификат соответствия (выдан Госстандартом России);</p> <p>- Регистрационное удостоверение (выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития);</p> <p>- Санитарно-эпидемиологическое заключение на аппарат (выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);</p> <p>- Санитарно-эпидемиологическое заключение на требования, установленные в проектной документации на аппарат (выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).</p> <p>- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) (выдан ООО «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»)</p> <p>При поставке товара предоставляются сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>   |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие   | <p>Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика указаны в Руководстве по эксплуатации и</p>   |

|   |  |
|---|--|
| поставляемого товара, потребностям заказчика        | Паспорте которые предоставляются при поставке товара Получателю.                   |
| Форма и размер обеспечения муниципального контракта | Безотзывная банковская гарантия<br>30 % от начальной цены муниципального контракта |

*Решение принято единогласно.*

**Подписи:**

|                                       |       |                  |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| Председатель аукционной комиссии      | _____ | О.В. Зяблов      |
| Зам. председателя аукционной комиссии | _____ | М.О. Маслова     |
| Члены комиссии:                       | _____ | М.А. Шехирев     |
|                                       | _____ | И.В. Ашина       |
|                                       | _____ | В.А. Завьялова   |
|                                       | _____ | Д.В. Поляновский |
| Секретарь комиссии                    | _____ | М.Н. Шибеева     |
| Представитель заказчика:              | _____ | В.В. Фадеева     |