Техническая характеристика №1

**Комплект оборудования для проведения ректоскопии.**

**1. Требования к документации**.

1.1. Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением.

1.2. Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением.

1.3.Санитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике.

**2. Комплектация.**

2.1. Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором (два диагностических тубуса - 200 и 300 мм, защитная крышка - 2 шт., оптическое устройство).

2.2. Принадлежности: нагнетатель, электрод, инструмент для взятия пробы на бактериологический посев, укладочный ящик.

2.3. Кабель световодный 5мм.

2.4. Осветитель ОС 150-01.

**3. Дополнительная комплектация:**

3.1. Тубус (20мм*250мм) с волоконным световодом и обтуратором - 3 шт.

3.2. Аноскоп (20мм*70мм) - 2 шт.

3.3. Щипцы биопсийные монополярные (5мм*420мм) - 1шт.

3.4. Щипцы ректоскопические для взятия биопсии - 2 шт.

4.5. Петля диатермическая для полипэктомии жесткая (5мм*460мм) - 3 шт.