

Приложение №2

К извещению о проведении запроса котировок
на поставку гинекологического кресла «Клер» КГЭМ 01
(или эквивалент) для МУЗ «Городская больница № 2»
от 26.08.2010 г.

**Требования к показателям товара, связанные с определением соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика**

1	Наименование товара и код по ОКДП	Кресло гинекологическое «Клер» КГЭМ 01 (или эквивалент) с 3 электроприводами Код по ОКДП – 3311329
Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)		
1	Длина кресла в разложенном горизонтальном виде, не менее	1320 см.
2	Угол наклона спинки	от -10° до +76°
3	Угол наклона сиденья	от 0° до 14°
4	Положение Тренделенбурга	-22°
5	Масса кресла	не более 125 кг
6	Грузоподъемность кресла	Не менее 200 кг.
7	Ширина спинки, и сиденья кресла, не менее	58 см.
8	Подъем опускания панели	58-99 см
9	Сиденья и спинки кресла имеют независимые ручные приводы от пневмопружины.	Наличие
10	Наличие электроприводов, не менее	3
11	Тип рамы	Сталь с эпоксидным порошковым покрытием
12	Обивочный материал	Искусственная винилис-кожа для медицинской мебели, устойчивая к химическим дезинфектам и УФ облучению
Комплект поставки		
1	кресло	1
2	пульт управления ножной	1
3	гинекологическая емкость с поворотным держателем	1
4	ногосдержатель с радиальным зажимом	пара
5	подголовник мягкий	1
6	упорные ручки пациента	пара
7	манипуляционный столик для инструментов	1
8	Ступенька для пациента	1
Дополнительные требования		
1	копия руководства по технической эксплуатации (паспорт)	
2	Руководство по эксплуатации на русском языке	
3	Гарантийный срок – 12 месяцев со дня приемки товара Заказчиком	