ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-453

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **27 октября 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **27 октября 2009 г. в 11:34** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 13 октября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка Комплекта, состоящего из Видеогастроскопа Pentax EG-290Kp и совместимого с ним Видеопроцессора Pentax EPK-100p (Япония) для нужд МУЗ КБ "Автоприбор" и "Точмаш".
Количество: 1 компл.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 880 000 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"г. Владимир, ул. Добросельская,д.38а.
В соответствии с приложением.
до 20 декабря 2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течение 30 календарных дней после оформленных акта сдачи-приемки и актам пуска-наладки.
По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска наладки.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.
100%
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: см.приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Комплект состоящий из Видеогастроскопа Pentax EG-290Kp и совместимого с ним видеопроцессора Pentax EPK-100p (Япония) (код-944210)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (один) комплект
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	Приложение
5.	Требования к безопасности товара	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск 2008 или 2009 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплекта состоящего из Видеогастроскопа Pentax EG-290Kp и совместимого с ним Видеопроцессора Pentax EPK-100p (Япония)

Технические характкристики:

Угол поля зрения: не менее 140град.
Глубина резкости: не менее 4 - 10мм
Изгиб дистального конца, вверх - вниз: 210-120град.
Изгиб дистального конца, вправо-влево: 120-120град.
Диаметр дистального конца: не более 9,8мм
Диаметр рабочего канала - 2,8мм
Рабочая длина вводимой трубки: 1050 мм
Общая длина: 1373 м

Стандартная комплектация видеогастроскопа EG-290Kp:

Модель	Кол-во	Описание
EG-290Kp	1	Видеогастроскоп
CS6021SN	1	Чистящая щетка
CS-C5S	1	Чистящая щетка
OF-B190	10	Резиновый клапан биопсийного канала
OF-B115	1	Адаптер для очистки канала воздуха /воды/ отсоса
OE-C15	1	Набор обратных клапанов (10шт) для OF-B121
OF-B127	1	Набор О-образных колец для OF-B177
OF-G17	1	Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды
OF-C5	1	Крышка газового клапана
OF-Z11	1	Силиконовое масло
OE-C9	1	Крышка для замачивания
VE-G17	1	Чемодан
Z775	1	Инструкция пользователя

Видеопроцессор Pentax EPK-100p

совместимый с видеогастроскопом Pentax EG-290Kp (Япония)

Стандарт видеосигнала PAL
Всего не менее 650000 точек, полноэкранное видео, стоп-кадр не менее 10-битное представление цвета
Видеовыходы: RGBS-1; Y/C-2;BNC-1
Улучшенное качество изображения-цифровая обработка
Автозатвор-от 1/250 сек.
Микропроцессорное управление диафрагмой
Регулировка мощности насоса
Отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами
Имеется индикатор наработки лампы - зеленый: 150-200 час, красный: более 200 час
Источник света ксеноновый
Мощность встроенного источника света 100 Ватт
Балансировка белого за одно нажатие
Индикация настроек цветов отображается в цветовом ряде на мониторе,настройка проводится через клавиатуру
Система контроля яркости:автоматическая,ручная (11ступеней),средняя,максимальная
Коррекция света красный/синий по 5 ступеней в каждую сторону
Система улучшения контрастности
Имеется список не менее чем на 30 пациентов
Можно управлять видеопринтером с клавиатуры
Имеется возможность сохранения до 50 настроек пользователя
Управление с эндоскопа,программируемое
Возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранения кадра (которая имеется у видеоэндоскопа) для всех видеоэндоскопов Pentax при работе с программным обеспечением АРМ врача-эндоскописта Medical Vision
Загрузка стоп-кадров высокого качества в компьютер через USB
Подача воздуха вибронасосом (давление 0,42 - 0,63 кг/см2)
Питание от сети 250 В,50 Гц
Потребляемая мощность 250 Ватт
Тип электрозащиты:класс 1, тройная защита
Степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован
Размеры не более:380 мм (ширина) - 150 мм (высота) - 400 мм (длина)
Масса не более 15 кг
Сетевой шнур
Баллончик для воды

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Общество с ограниченной ответственностью Внешнеэкономическая дистрибьютерская фирма «Акцепт»** 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская,д.1
2	**Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс"** 600028, Владимирская область, г.Владимир, ул.Балакирева, д.53
3	**ООО "Техмедторг"** 600026, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира д.17

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью Внешнеэкономическая дистрибьютерская фирма «Акцепт»** (победитель аукциона) и составило ***879 980*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс"** и составило ***879 989*** руб.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.