На полуавтоматический биохимический анализатор с проточной и наливной кюветами

№	Параметры	Требование технического задания
Общая характеристика		
1	Принцип измерения	Фотометрия - наличие
2	Измеряемые параметры	Открытая система (возможность адаптации реактивов различных производителей) - наличие
Технические параметры		
1	Производительность, не менее	До 60 тестов/час
2	Методы исследования	Конечная точка, фиксированное время, кинетика, мультистандартный и бихроматический - наличие
3	Объем проточной кюветы, не менее	32 мкл
4	Закачиваемый объем, не менее	500 мкл
5	Объем наливной кюветы, не менее	1 мл
6	Термостат	37°С; количество позиций - 23 - наличие
7	Дисплей	Жидкокристалический, 64×114 мм
8	Количество программируемых методик в памяти, не менее	200
9	Оптическая система не менее	578, 620 и 670 нм плюс одна дополнительная позиция
10	Источник света	Галогеновая лампа 6в 10вт - наличие
11	Ширина зоны пропускания, не менее	2нм
12	Диапазон измерения	от 0 до 3,0 OD
13	Печатающее устройство, наличие	Встроенный термопринтер 57 мм
14	Связь с компьютером	Интерфейс RS232 - наличие
15	Программое обеспечение	Русифицированное - наличие
16	Электропитание	220 В, 50 Гц - наличие
17	Габариты и вес, не более	18×33×34 см, 8,5 кг