

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
(товар предусматривает эквивалент)**

№ п/п	Наименование товара	Кол-во (шт)	Требования к техническим характеристикам и функциональным характеристикам товара	Требования к качеству товара	Сумма
1.	Электрокоагулятор портативный стоматологический Экпс-20-1	2	Блок коагулятора; блок электродержателя; дополнительная цанга (для диаметра зажимаемого инструмента 1 мм); напряжение питающей сети переменного тока (220+22)В, 50 Гц; мощность потребляемая от сети не более 50ВА; максимальная выходная мощность коагулятора при номинальной нагрузке 1000 Ом при изменении напряжения питания на +10% должна быть не менее 5 Вт и не более 7 Вт; режим работы повторно-кратковременный; частота высокочастотных колебаний создаваемых коагулятором (1760+44) кГц; масса не превышает 2 кг; габаритные размеры не более 242x130x65 мм.	Наличие сертификата соответствия. Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии. Выпуск не ранее 2010 года. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.	30400,0
ИТОГО					30400,0

Экономист

Тимохина Е.В.