

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку аппарата рентгенодиагностического на 2 рабочих места для Муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница Производственных Объединений «Автоприбор и «Точмаш» (дата начала процедуры рассмотрения заявок 15 апреля 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Приложение к Информационной карте	п.4.2 Технического задания	Прошу Вас каким образом мы можем подтвердить заявленную в ТЗ характеристику генератора «частота высоковольтного преобразования должна изменяться в диапазоне» от 100 до 400 кГц. В паспорте на рентгеновский аппарат данная численная характеристика не указана. Достаточно ли будет просто указание в таблице численной характеристики?

Ответ:

В соответствии с письмом заказчика в п. 4.2 Технического задания запрашивается диапазон изменения частоты высоковольтного преобразования. Это значение должно меняться динамически, т.е. в зависимости от выбранного режима обследования. Этот параметр входит в перечень измерений, проводимых во время сдачи оборудования в эксплуатацию.