

Техническое задание для бронхофиброскопа

<i>Критерий</i>	<i>Технические требования</i>	<i>Предлагаемые характеристики</i>
<i>Рабочая длина вводимой трубки (не менее)</i>	600 мм	
<i>Общая длина(не менее)</i>	900 мм	
<i>Диаметр вводимой трубки (не менее)</i>	6,0 мм	
<i>Диаметр рабочего канала (не менее)</i>	2,8 мм	
<i>Диаметр дистального конца (не менее)</i>	5,9 мм	
<i>Изгиб дистального конца (не менее)</i>		
<i>Вверх</i>	180	
<i>Вниз</i>	130	
<i>Угол поля зрения (не менее)</i>	120	
<i>Глубина резкости (не менее)</i>	3-50 мм	
<i>Диоптрия(не менее)</i>	+2 --- - 8 Дптр	
<i>Покрытие инструментального канала (не менее)</i>	Тефлон	
<i>Электроизоляция дистального конца (не менее)</i>	наличие	
<i>Клапаны подачи воды\воздуха, отсоса, стопорные клапаны (не менее)</i>	Автоклавируемые	
<i>Способ дезинфекции (не менее)</i>	Холодный, с полным погружением	
<i>Комплект поставки:</i>		
<i>Биопсийные щипцы</i>	1 шт	
<i>Щетка для очистки инструментального канала</i>	1 шт	
<i>Заглушки инструментального канала</i>	10 шт	
<i>Адаптер для очистки каналов</i>	1 шт	
<i>Гарантия</i>	12 мес	