ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 4 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 9 сентября 2008г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени).

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
	Приложение № 12 к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Ультразвуковой сканер с цветным Доплером HY 6000	стр. 31 Приложение №12 к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Ультразвуковой сканер с цветным Доплером HY 6000	В соответствии со ст. 24 п. 3 Федерального закона 94-ФЗ просим дать разъяснение следующих ниже данных, не указанных в Приложение№12 к информационной карте: 1) область применения УЗ сканера; 2) характеристики основного блока: а) Число приемо-передающих виртуальных каналов (оптимальным показателем является значение не менее 1000) б) Динамический диапазон (оптимальным показателем является значение до 177дБ) в) Увеличение изображения в «замороженном» режиме и Увеличение изображения в реальном времени (оптимальным показателем является значение до 10 раз) г) Глубина сканирования в режиме 2D (оптимальным показателем является значение до 28 см) д) Диапазон частот сканирования (оптимальным показателем является значение 2,0-13,0 МГц е) Число цветовых карт для цветового Доплера и для энергетического Доплера (оптимальным показателем является значение не менее 8); 3) Видео выходы (оптимальным показателем является значение VHS, S-VHS, RGB, видеостандарт PAL) В целях улучшения функциональных характеристик УЗ сканера предлагаем дополнить технические характеристики следующими пунктами: 1) Функция Free hand 3D – в наличии; 2) До 3 частот сканирования на

			одном датчике (режим 2D) – в наличии; 3) До 2 частот сканирования на одном датчике (режим гармоники) – в наличии; 4) До 2 частот сканирования на одном датчике (цветной Допплер) – в наличии; 5) Интегрированная рабочая станция – в наличии; 6) Наличие автотрассировки Допплеровского спектра – в наличии; 7) Архивация изображений: а) Количество статических изображений на жестком диске не менее 120 000 – в наличии; б) Встроенный жесткий диск 40 ГБ – в наличии; в) Одновременный вывод не экран не менее 16 изображений – в наличии; г) Возможность записи на компакт диск CD-R или CD-RW , в т.ч. в формате TIFF – в наличии; д) Комплект расходных материалов для принтера, Гель контактный 5 литров. CD-R диски 3 шт. – в наличии. Также в целях улучшения функциональных характеристик УЗ сканера предлагаем изменить в лучшую сторону ряд технических характеристик Приложения №12 к информационной карте: 1) Одновременное подключение не менее 3 датчиков; 2) Кинопамять не менее 30 сек записи информации допплеровского спектра или М-режима или 180 последовательных изображений; 3) Конвексный датчик с диапазоном частот 2.0-5.0 МГц Апертура 61 мм. Максимальная глубина сканирования не менее 28 см, угол обзора не менее 68º; 4) Линейный электронный датчик с диапазоном частот не менее 5.0 -10.0 МГц. Максимальная глубина сканирования не менее 10 см. Поддержка виртуального линейного формата. Диапазон области сканирования 37.7 mm – 78 mm; Внутриполостной конвексный датчик.

			Апертура 28мм, поддержка цветного и энергетического доплеровского картирования. Максимальная глубина сканирования не менее 14мм. Диапазон частот не менее 4.0-9.0 МГц; угол обзора не менее 126º.

Ответ:

1. Область применения ультразвукового сканера с цветным Доплером - проведение обследований всех органов и тканей у взрослых и детей.

2. Характеристика основного блока

а) число передающих виртуальных каналов – не менее 1000

б) динамический диапазон – 177 дБ

в) увеличение изображения:

- в «замороженном» режиме – до 10 раз

- в реальном времени- до 10 раз

г) глубина сканирования в режиме 2D – до 28 см

д) диапазон частот сканирования – 2,0-13,0 МГц

е) число цветовых карт:

-для цветового Доплера – не менее 8

-для энергетического Доплера - не менее 8

3. Видео выходы - VHS, S-VHS, RGB, видеостандарт PAL.

Остальные параметры технической характеристики сканера указаны в приложении №12 к информационной карте.