

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  
(товар предусматривает эквивалент)**

№ п/п	Наименование товара	Кол-во (шт)	Требования к техническим характеристикам и функциональным характеристикам товара	Требования к качеству товара	Сумма
1.	Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый "CLEVO"	2	Световые индикаторы (желтый, красный, зеленый), фронтальная панель, панель со светодиодами, дверца силиконовая, датчик позиционный, выключатель повторный дезинфекции, вытяжной вентилятор, картридж для ароматизатора, коннектор электропитания, сетевой шнур, напряжение AC 200 В/60Гц, 110В/60Гц, 100В/60Гц, частота 60Гц, мощность освещения 21 Вт, потребление мощности 22 Вт, скорость электрического потока 0,180 А, напряжение накала лампы 45 В DC, UV выход 5,7 Вт, период эксплуатации лампы 8000 часов, вес 1,5 кг, размеры 105x200x105 мм	Наличие сертификата соответствия. Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии. Выпуск не ранее 2010 года. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.	36000,0
	<b>ИТОГО</b>				<b>36000,0</b>