ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа на поставку многофункционального ультразвукового медицинского прибора для МУЗ «Детская городская больница № 1» в 3 квартале 2008 года путем запроса котировок от 18.08.2008 года

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Внебюджетные средства
3. Форма котировочной заявки:
Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
Многофункциональный ультразвуковой медицинский прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований с компьютером и программным обеспечением «Сономед-325/М» или эквивалент (код 94 4450 4) - 1 (одна) шт. Технические характеристики - Приложение № 2
5. Место доставки поставляемых товаров:
МУЗ «Детская городская больница № 1», 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
6. Срок поставки товаров:
До 26 сентября 2008 года
7. Условия поставки и оплаты товаров:
Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами поставщика. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Безналичный расчет по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Наличие оформленных актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных.
8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта определилась в результате изучения рынка необходимых товаров и составляет: **400000 рублей**
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Большая Нижегородская, д.75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13) Срок подачи котировочных заявок **до 17 часов 00 мин. 28.08.2008 г.**
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через пять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой
мы,_____

_____
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить поставку оборудования в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№№ п/п	Наименование товара	Требуемое значение
		В соответствии с приложением к котировочной заявке

Место поставки товаров:
_____

Сроки поставки товаров:
_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложения на _____листах.

1. Технические характеристики товаров (в обязательном порядке).
2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

Приложение № 2

Техническая характеристика

Многофункциональный ультразвуковой медицинский прибор для допплеровских и эхоэнцефалографических обследований с компьютером и программным обеспечением «Сономед-325/М» или эквивалент

1.Область применения:

- Травматология
- Неврология
- Сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Общеклиническая диагностика
- Педиатрия
- Офтольмология

2.Основные характеристики:

- Многооконная планировка экрана (до 8 допплеровских или
- эхоэнцефалографических окон на экране)
- Вычисление в реальном времени медицинских индексов (RI, PI, ISD, STI)
- и кривых кровотока (HR, VS, VD, VA)
- Комбинированная база данных для допплеровских и
- эхоэнцефалографических обследований
- Быстрая подготовка отчета на основе шаблонов
- Кинопетля доплеровских и эхоэнцефалографических
- результатов со звуковым сопровождением
- Наличие сеанса сокращает время обследования
- Возможность подключения дополнительных методик
- Поддержка средств передачи информации по сетям и
- телефонным линиям
- Электронный атлас по церебральной допплерографии

Представляет собой многооконный комбинированный прибор для проведения допплеровских (периферических, экстра- и интракраниальных сосудов) и эхоэнцефалографических обследований.

Гибкая планировка (до восьми отображаемых спектров или эхоэнцефалограмм упрощает:

- Комплексную диагностику объемной и внутричерепной патологии,
- Сравнение допплеровских/эхоэнцефалографических результатов правой и левой сторон,
- Сравнение текущих результатов обследований с результатами из БД.

Комбинированная (допплер/эхо) база данных (БД) с удобным графическим интерфейсом обеспечивает сохранение данных пациента, результатов обследований и текстов отчетов. Результаты обследований из БД можно

- Просмотреть (либо в режиме кинопетли со звуковым сопровождением либо плавным перемещением по буферу результата вручную),
- Пересчитать медицинские индексы, параметры кровотока и эхоэнцефалографические показатели,
- Распечатать на принтере.

Программируемый режим сеанса – работа со стандартными группами сосудов и переустановками параметров прибора для каждого из них, обеспечивает удобство в работе и сокращение времени при проведении обследований.

Эхоэнцефалографические обследования с помощью прибора можно проводить в следующих режимах:

- А – режим отображения А-эхограммы в одном окне
- А+Р – двухоконный режим отображения

А-эхограммы и пульсограммы
- А+А – двухоконный режим отображения
  А-эхограммы с двух сторон головы (трансмиссионный режим)
- А+М – режим отображения А-эхограммы в одном окне и М-изображение
  данной эхограммы с разверткой во времени в другом окне.

Мощный редактор отчетов обеспечивает подготовку как объединенных (допплер+эхо), так и раздельных графических и текстовых отчетов на основе программируемых шаблонов.

Программное обеспечение прибора функционирует под управлением русифицированной версии Windows XP (лицензионная) или эквивалент, позволяя врачу использовать все встроенные возможности данной операционной системы:
- Надежность защиты данных
- Встроенные средства работы в Интернет
- Встроенная сетевая поддержка.

Базовая конфигурация прибора

- Компьютер IBM PC
  (Inter Pentium/HDD/ Sbl/ SVGA)
- Монитор LR 15 SVGA
- Блок допплерографа и цифровой спектроанализатор
- Блок эхоэнцефалографа и плата сопряжения
- Допплеровские датчики:
- непрерывного излучения 4 и 8 МГц
- импульсного излучения 2МГц.
- Эхоэнцелографические датчики:
- 1 МГц – 2 шт.
- 1,5 МГц (поставляются дополнительно)
- Принтер: цветной струйный
- Мышь

Программное обеспечение (операционная система версии Windows XP (лицензионная) или эквивалент.

3.Технические характеристики:

Доплеровский модуль
Набор датчиков: 2,4,8 МГц
Интенсивность излучения:
2 МГц < 1.0 мВт/мм (PW)
4 и 8 МГц < 0.4 мВт/мм (CW)
Диапазон частот: 100 Гц – 20 кГц
Фильтры ВЧ: 100,200,400,800 Гц
Частота построения: 5-16 кГц с шагом 1 кГц
Глубина зондирования: 30-130 мм с шагом 1 мм
Объем зондирования: 3-20 мм с шагом 1 мм
Спектроанализатор: 64/128/256 FFT
Отображение: программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (максимальное – 512 выборок по 256 отчетов)
Гамма-корректор: 32 цвета / оттенка
Режим отображения спектра сигнала:
Масштаб шкалы времени 1.6,3.2,6.4,12.8 с
Диапазон частот 2.5,5.0,10.0,20.0 кГц
Количество положений базовой линии - 7
Установка в реальном времени маркеров систолы / диастолы.

Эхоэнцефалографический модуль
Глубина визуализации – 220 мм
Рабочая частота 1.0,1.5 МГц
Интенсивность излучения: < 0.3 мВт/кв.мм
Разрешающая способность:
с датчиком 1.0 Мгц – 3.2 мм
с датчиком 1.5 Мгц – 2.4 мм
с датчиком 2.0 Мгц – 1.6 мм
Режимы: А – эхограмма
А+Р – эхограмма и пульсограмма
А+А – трансмиссионный
А+М – эхограмма и М-мода
Число эхоэнцефалографических каналов: 2
ВАРУ ближняя зона 40 дБ
дальняя зона 40 дБ.

4. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии (наличие)
5. Сертификат соответствия Госстандарта России (наличие)
6. Регистрационное удостоверение МЗ РФ (наличие)
7. Выпуск не ранее 2008 года (наличие)