Приложение № 2

Техническая характеристика

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА (ПРОЦЕССОР) ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ

Аппарат должен соответствовать требованиям МЭК 601-1, МЭК 601-2-7, МЭК 601-2-15, МЭК 601-1-2 и/или ГОСТ 26140 (1984) ГОСТ Р 50267-92. Аппарат должен обеспечивать проведение всех видов рентгенографических исследований, включая линейную томографию

Описание требований	**Наличие функции или величины параметра по ТЗ**	**Наличие функции или предлагаемая величина параметра**
Универсальная автоматическая проявочная машина (процессор) для общей рентгенологии	**Наличие**	
Общие требования		
Соответствие оборудования действующим в РФ отечественным и международным стандартам	Наличие	
Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование	Наличие	
Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование	Наличие	
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или ГСЭС РФ на оборудование	Наличие	
Возможность обработки рентгеновской пленки для маммографии и для общей рентгенографии	Наличие	
Технические характеристики		
Форматы обрабатываемой пленки, не хуже	От 10х10см до 35х35см	
Производительность пленок (35х43 см) в час, не менее	85	
Время обработки пленки, не хуже	40 - 360 с	
Потребление воды, не более	1 л/мин	
Объем рабочих емкостей: проявитель, фиксаж, вода, каждая не менее	5,0 л	
Объем дополнительных емкостей: проявитель, фиксаж, каждая не менее	15 л	
Система обновления реактивов	Наличие	
Микропроцессорное управление	Наличие	
Система индикации процессов	Наличие	
Возможность обрабатывать маммографическую пленку	Наличие	
Температура обработки, автоматически поддерживаемая в заданном диапазоне, не хуже		
проявитель, град С	22-47	
сушка, град С	35-71	
Подставка для машины и дополнительных ёмкостей	Наличие	
Вес, без растворов/с растворами, не более	45 / 65 кг	
Прочие условия		
Стартовый набор реактивов (40 л проявитель, 40 л фиксаж) для работы в течение 1 месяца	Наличие	
Требования к сети	однофазная, 220 В ± 10%	
Выпуск не ранее 2008 года	наличие	
Срок предоставления гарантии качества товара, не менее	12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии	
Комплект эксплуатационной документации на русском языке	Наличие	