

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку аппарата рентгенодиагностического на 2 рабочих места для Муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор и «Точмаш» (дата начала процедуры рассмотрения заявок 15 апреля 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Приложение к Информационной карте	п.4 Технического задания	Прошу Вас подтвердить правильность технических параметров генератора, не вошедших в перечень характеристик технического задания, а именно: Шаг измерения кВ, не более-1 Диапазон мФ, не хуже -10-600 Диапазон мАс, не хуже — 0,1-1000 Время экспозиции, с, не хуже- 0,001-6 Количественное описание данных параметров генератора (п.4 Технического задания) необходимо для поставки в МУЗ»КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» качественного рентгенодиагностического оборудования.

Ответ:

Приобретаемый аппарат должен соответствовать требованиям изложенным в Техническом задании, которое является приложением к Информационной карте аукциона. В соответствии с письмом заказчика главное внимание будет обращено на мощность генератора, частоту высоковольтного преобразования и количество режимов автоматического выбора параметров экспозиции.