СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
экономики

Т.И. Терентьева

Начальник управления
здравоохранения

В.Е. Савинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя главы города

от «04» августа 2008г. № 231-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 4 квартал 2008 года.

г. Владимир
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА……. 3

ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1-19 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ……. 11

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ……. 42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ……. 44

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…… 45

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА……. 46

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ…….. 47

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (по лотам 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19)……..……. 48

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (по лотам 8,13,14) 55

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА……. 62

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование пункта</th><th>Текст пояснений</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Уполномоченный орган:</td><td>администрация города Владимира</td></tr>
<tr><td>1.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г. Владимир, ул. Горького, д. 40</td></tr>
<tr><td>1.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики</td></tr>
<tr><td>1.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>munzakaz@vladimir-city.ru</td></tr>
<tr><td>1.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Муниципальный заказчик:</td><td>управление здравоохранения администрации г.Владимира</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д. 75</td></tr>
<tr><td>2.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д. 75</td></tr>
<tr><td>2.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>doctor@gzo.elcom.ru</td></tr>
<tr><td>2.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>(4922) 32-23-06</td></tr>
<tr><td></td><td>Предмет муниципального контракта:</td><td>
<table>
<tr><th>№ лота</th><th>№ п/п</th><th>Наименование товара</th><th>Единица измерения</th><th>Объем заказа</th><th>Начальная цена контракта (руб.)</th><th>Место поставки товара</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td colspan="6">Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей "Скальпель плазменный СП-"ЦПТ"" или эквивалент (в комплекте четыре плазматрона).</td><td>шт.</td><td>1</td><td>2 100 000,00</td><td>МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул. Горького, д.5</td></tr>
<tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: 2 100 000,00 рубля (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="6">Поставка стерилизационного оборудования для МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Стерилизатор паровой ВК-75 или эквивалент.</td><td>шт.</td><td>1</td><td>140 000,00</td><td>МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38А.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: 140 000,00 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td colspan="6">Поставка офтальмологического оборудования для МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Лампа щелевая.</td><td>шт.</td><td>1</td><td>140 000,00</td><td>МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38А.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3: 140 000,00 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3.	**Предмет муниципального контракта:**	**4**	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"**					
			4.1	Реанимационно-хирургический монитор ЮМ-300 или эквивалент.	шт.	1	**150 000,00**	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38А.
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 4: **150 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		5	**Поставка офтальмологического оборудования для МУЗ "Детская городская больница №1"**					
			5.1	Синоптофор СИНФ-1 или эквивалент.	шт.	1	**100 000,00**	МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3,
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 5: **100 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		6	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская больница №1"**					
			6.1	Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2-01 "Астра" или эквивалент.	шт.	1	**80 000,00**	МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3,
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 6: **80 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		7	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская больница №1"**					
			7.1	Автоматический рефкератометр RK-F1 или эквивалент.	шт.	1	**340 000,00**	МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3,
			7.2	Проектор зрительных знаков АСР-7 (TOPCON) или эквивалент.	шт.	1	**300 000,00**	
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 7: **640 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		8	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская больница №2"**					
			8.1	Аппарат в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии.	шт.	1	**1 520 000,00**	МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д. 3
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 8: **1 520 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		9	**Поставка лабораторного оборудования для МУЗ "Родильный дом №1"**					
			9.1	Микроскоп Микромед Р-1 или эквивалент.	шт.	6	**58 800,00**	МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1
			9.2	Микроскоп Микромед-2 вариант 2-20 или эквивалент.	шт.	3	**59 400,00**	
			9.3	Центрифуга лабораторная ОПн-3М или эквивалент.	шт.	1	**20 000,00**	
			9.4	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови МиниГЕМ-523 или эквивалент.	шт.	1	**19 000,00**	
			9.5	Шкаф вытяжной ШВ-01 или эквивалент.	шт.	1	**24 000,00**	
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 9: **181 200,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		10	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Родильный дом №1"**					
			10.1	Система вентиляции легких для новорожденных для проведения неинвазивной поддержки дыхания (назального CPAP) с вариабельным потоком.	шт.	1	**570 000,00**	МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 10: **570 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					

			11	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Родильный дом №1"**				
				11.1	Концентратор кислорода повышенного давления.	шт.	1	**200 000,00**	МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 11: **200 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			12	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Родильный дом №2"**				
				12.1	Ультразвуковой сканер с цветным Доплером HY 6000, Haiying или эквивалент.	шт.	1	**1 300 000,00**	МУЗ "Родильный дом №2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 12: **1 300 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			13	**Поставка стерилизационного оборудования для МУЗ "Первая городская поликлиника"**				
				13.1	Стерилизатор воздушный ГП-80 МО или эквивалент.	шт.	2	**50 000,00**	МУЗ "Первая городская поликлиника", г.Владимир, Ново-Ямской пер., д.4
				13.2	Стерилизатор паровой ГК-100-3 или эквивалент.	шт.	2	**250 000,00**	
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 13: **300 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			14	**Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Первая городская поликлиника"**				
				14.1	Стресс система анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром.	шт.	1	**350 000,00**	МУЗ "Первая городская поликлиника", г.Владимир, Ново-Ямской пер., д.4
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 14: **350 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			15	**Поставка стоматологического оборудования для МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"**				
				15.1	Стоматологическая установка стационарная (без кресла)	шт.	2	**240 000,00**	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1", г.Владимир, ул.Мира, д.40
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 15: **240 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			16	**Поставка стоматологического оборудования для МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2"**				
				16.1	Стол зуботехнический на два рабочих места.	шт.	4	**342 000,00**	МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2", г.Владимир, ул.Б.Московская, д.3
				16.2	Стол зуботехнический на одно рабочее место	шт.	4	**196 000,00**	
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 16: **538 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
			17	**Поставка стоматологической установки для МУЗ " Стоматологическая поликлиника №3"**				
				17.1	Стоматологическая установка "Дипломат ДА 110" или эквивалент	шт.	4	**570 800,00**	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3", г.Владимир, Суздальский пр-т, д.2
				Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 17 **570 800,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="3">18</td><td colspan="6">Поставка стоматологического оборудования для МУЗ " Стоматологическая поликлиника №3"</td></tr>
<tr><td>18.1</td><td>Компрессор ДК 50 10 С или эквивалент.</td><td>шт.</td><td>4</td><td>137 200,00</td><td>МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3", г.Владимир, Суздальский пр-т, д.2</td></tr>
<tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 18 137 200,00 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">19</td><td colspan="6">Поставка стоматологического оборудования для МУЗ " Стоматологическая поликлиника №3"</td></tr>
<tr><td>19.1</td><td>Кресло стоматологическое Дипломат ДМ 10Е или эквивалент</td><td>шт.</td><td>4</td><td>344 000,00</td><td>МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3", г.Владимир, Суздальский пр-т, д.2</td></tr>
<tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 19 344 000,00 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Объем заказа:</td><td>В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</td><td>В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>«Шаг аукциона»:</td><td>5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Место поставки товара:</td><td>В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.</td></tr>
</table>

8.	**Условия поставки товара:**	Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками: Лот № 1- см. Приложение № 1к Информационной карте; лот № 2 - см. Приложение № 2 к Информационной карте; лот № 3 - см. Приложение № 3 к Информационной карте; лот № 4 - см. Приложение № 4 к Информационной карте; лот № 5 - см. Приложение № 5 к Информационной карте; лот № 6 - см. Приложение № 6 к Информационной карте; лот № 7 - см. Приложение № 7 к Информационной карте; лот № 8 - см. Приложение № 8 к Информационной карте; лот № 9 - см. Приложение № 9 к Информационной карте; лот № 10 - см. Приложение № 10 к Информационной карте; лот № 11 - см. Приложение № 11 к Информационной карте; лот № 12 - см. Приложение № 12 к Информационной карте; лот № 13 - см. Приложение № 13 к Информационной карте; лот № 14 - см. Приложение № 14 к Информационной карте; лот № 15 - см. Приложение № 15 к Информационной карте; лот № 16 - см. Приложение № 16 к Информационной карте; лот № 17 - см. Приложение № 17 к Информационной карте, лот № 18 - см. Приложение № 18 к Информационной карте, лот № 19 - см. Приложение № 19 к Информационной карте. Год выпуска – не ранее 2008 года. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами поставщика. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками – см. Приложения №№ 1-19 к Информационной карте. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию
9.	**Сроки поставки товара**	Лоты №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18,19 – до 01 декабря 2008 года. Лоты №№ 8,13,14 – до 20 ноября 2008 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества товара:**	Лоты №№ 1-19: всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.
11.	**Объем предоставления гарантии качества товара:**	Лоты №№ 1-19: 100 % в течение всего гарантийного срока.
12.	**Форма оплаты товара:**	Лоты №№ 1-19: безналичный расчет в рублях РФ.

13.	**Сроки оплаты:**	Лоты №№ 1-19: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
14.	**Порядок оплаты**:	Лоты №№ 1-19: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.
15.	**Источник финансирования:**	Лот № 6 - бюджет г. Владимира; Лоты №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 - внебюджетные источники финансирования.
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ от 08.08.2001г. №128-ФЗ. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

21.	**Дата и время начала приема заявок:**	06 августа 2008 года в 9 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**09 сентября 2008 года в 9 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**09 сентября 2008 года в 9 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**16 сентября 2008г. в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.
26.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 16 " сентября 2008 года в 10-00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	не требуется.
28.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение № 1
к Информационной карте

Техническая характеристика

Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей «Скальпель плазменный» «СП –ЦПТ» (в комплекте четыре плазматрона) или эквивалент

Содержание	Параметры
Соответствие ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92/МЭК 601-1-88/, ГОСТ Р 50267.0.2-95/МЭК 601-1-2-93/	Да
Питание от сети переменного тока	198 - 242 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 3000 ВА
Масса	Не более 75 кг
Габариты	Не более 1400х380х330 мм
Установка:	
Рабочий газ	аргон, гелий (чистый, особо чистый);
Газовое питание	От 2-х встроенных баллонов
Возможность газового питания от внешней газовой магистрали	Да
Максимальный расход газа	не более 4 л/мин
Время выхода на рабочий режим	не более 5 сек
Прохождение электрического тока через тело пациента	Отсутствует
Мобильность- возможность перемещения внутри ЛПУ одним человеком;	Да
Регулировка расхода рабочего газа и электрической мощности с помощью одного органа управления	Да
Дистанционная регулировка рабочих параметров с помощью педали	Да
Время замены рабочих инструментов	Не более 10 сек
Защита от непреднамеренных ударов (падений) рабочих инструментов (наличие кронштейна-манипулятора).	Да
Микропроцессорная система управления:	
Автоматический контроль работоспособности всех систем установки с индикацией на панели управления	Да
Автоматическая защита от нештатных и аварийных ситуаций	Да
Прецизионная регулировка выходной мощности	99 позиций
Запоминание параметров функционирования установки	Да
Формирование внутренней базы данных режимов работы на этапах операций	Да
Автоматическое определение типа используемого рабочего инструмента	Да
Рабочий инструмент (плазмотроны):	
Плазмотрон для проведения открытых операций и операций из мини-доступа (длина рабочей части инструмента - 150 мм)	Да
Плазмотрон для проведения лапароскопических операций с осевым направлением плазменной струи (длина рабочей части – 300 мм)	Да
Плазмотрон для проведения лапароскопических операций с угловым (45 градусов к продольной оси) направлением плазменной струи (длина рабочей части – 300 мм)	Да
Плазмотрон для асептической и физиотерапевтической обработки	Да
Возможность многоразового использования плазмотронов	Да
Электрическая мощность в зоне плазмообразования	от 600 до 1800 Вт
Диаметр рабочей части инструмента	не более 9.9 мм

Диаметр рабочей части плазматронов не более 9,8 мм (для троакаров диаметром 10 мм).

Приложение № 2
к Информационной карте

Техническая характеристика

Стерилизатор паровой ВК-75 или эквивалент

Рабочее давление пара в водопаровой и стерилизационной камере,
МПА (кгс/см^2), не более 0,22 (2,2)
Род тока – переменный
Частота 50 или 60 Гц
Напряжение 380 В, потребляемая мощность не более 14 кВА,
внутренний диаметр стерилиз.камеры 400+- 4мм
Кол-во режимов стерилизации 2
Параметры первого режима стерилизации:
Рабочее давление,МПа (кгс/см^2) - 0,2+-0,02 (2,0+-0,2)
температура 132+-2 С
время стерилизац.выдержки не менее 20 мин
параметры второго режима стерилизации:
Рабочее давление,МПа (кгс/см^2) - 0,11+0,02 (1,1+ 0,2)
температура 120 + 2 С
время стерилизац.выдержки не менее 45 мин
Габариты, мм:
Длина 740 + - 50
Ширина 570 + - 50
Высота 1070 + - 50
Масса не более 140 кг
Наработка на отказ не менее 1250 циклов стерилизации.
Средний срок службы до списания не менее 10 лет

Комплект поставки стерилизатора должен соответствовать указанному в табл.

1. Стерилизатор ВК-75 ВК 75.00.000 - 1 шт.

Запасные части

2. Электронагреватель ТЭН-78А 12/2, 0х220-0521-03 - 2 шт.
3. Электронагреватель ТЭН-78А 12/2, 0х220-0621-03 - 1 шт.
4. Прокладка АГ 1.01.16 - 2шт
5. Прокладка АКВ 50.00.013 - 6 шт.
6. Стекло водоуказательное ВК 75.00.021 - 2 шт.
7. Кольцо ЦТ 129.02..009 - 4шт.
8. Маховик ВК 75.00.220 - 1 шт.
9. Маховик АКВ 50.00.143 - 1 шт.
10. Лампа ТН-0,2-2 с цоколем В9 **S/14 ОДО 337.020. ТУ -** 2 шт.
11. Вставка плавкая 2 А ВПБ7-1 ОЮО 481 – 025 ТУ - 2 шт.
12. Вставка плавкая па 15 А к предохранителю типа ПР-2 па 15 А, 220 В 3 шт.

Принадлежности

13. Коробка КСК-18 ТУ 64-1-2797-78 - 3 шт.

Эксплуатационная документация

14. Паспорт стерилизатора ВК 75.00.000 ПС - 1 шт.
15. Паспорт электроконтактного манометра - 1 шт.
16. Паспорт маповакуумметра - 1 шт.
17. Паспорт клапана предохранительного АОВ 75.110.00 ПС - 1 шт.

Приложение № 3
к Информационной карте

Техническая характеристика

Лампа щелевая

Параметры, технические данные

Тип микроскопа - Сходящийся бинокулярный Galilean или эквивалент
Увеличение - 3 позиции поворота объектива
Окуляр - 12,5х
Общее увеличение - 10-16-25
Поле зрения -24-1-8
Диапазон межзрачкового расстояния - 48,5-80
Стереоскопический угол -8^0
Диоптрийная настройка - + / - 6
Диапазон изменения ширины щели (мм) - 0-14 (непрерывно)
Диапазон изменения длины щели (мм) - 14 (1,8 - 12 непрерывно)
Диаметр апертуры (мм) - 14-9-5,5-0,3
Фильтры - Кобальтовый синий, без красного, теплопоглощающий
Угол щели - + / - 90° непрерывно, по шкале Tabo
Диапазон вращения щелевой призмы - + /-180° по угловой шкале
Угол падения - 0° горизонтальный
Рабочее расстояние - 69 мм от выхода призмы до глаза пациента
Перемещение основания прибора (мм) - Вертикально (Z): 35 Горизонтально (X): 108 Горизонтально (Y): 113
Точное горизонтальное перемещение (мм)- 10
Подбородник:
-фиксационная лампа
-вертикальное перемещение
Красная микролампа 18 В /26мА71
Источник света - Галогенная лампа 6 В 20Вт
Источник питания-110В; 220В; 240В+/-10
Потребляемая мощность (Вт) – 40

Комплектация прибора:
Комплектация моторизированным подъемным столом.

Приложение № 4
к Информационной карте

Техническая характеристика

Реанимационно - хирургический монитор ЮМ - 300 или эквивалент

Размер: диагональ 30,7 см (12,1) тип – цветной, TFT повышенной яркости, разрешение – 800*600 точек
Кол-во кривых до 8 (ЭКГ, респирограмма, фотоплетизмограмма, капнограмма, кривые давления крови)
ЭКГ отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V(с 5-и электродным кабелем) I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 –6 (с 10-и электродным кабелем).
Скорость развертки 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с.
Чувствительность 5,10,20 мм/мВ.
Защита от импульсов дефибриллятора и коагулятора.
Определение водителя ритма, анализ аритмий и смещения SE-сегмента.
Частота сердечных сокращений- пределы измерений 15-350 уд/мин, точность измерений + - 1 уд/мин.
Sp O_2 пределы измерений 0-100%, точность измерений + - 2%(70-100%)., +-3% (40-70%).
Частоты пульса 20-300 уд/мин.
Точность измерений + - 2 уд/мин .
Температура: кол-во каналов 2, пределы измерений 15-45 С, точность измерений +- 0,1 С(30-42С) датчики: поверхностный, ректальный.
Частота дыхания – метод: импедансный с визуализацией респирограммы, пределы измерений: 3-150 1/мин, точность измерений + - 1 мин, режим апноэ.
Артериал.давление крови (систолическое, диастолическое, среднее) метод – осциллометрический, пределы измерений – 10-280мм.рт.ст.. Точность- +-3 мм рт.ст.
Режим работы ручной, автоматич,.непрерывный, «пункция вены».
Давление крови (инвазивный метод) кол-во каналов до 4, пределы змерений – 30-300 мм рт.ст,,.точность - +- 1 мм рт.ст. ,чувствит-ть датчика 5,0 мкВ/В/мм рт.ст.
Датчики- разные типы.
Сердечный выброс: метод – термодилюционный, пределы измерений 0,1-20 л/мин, точность измерений + - 0,1 л/мин.
Визуализация: сердечный выброс, сердечный индекс, гемодинамический профиль. CO_2 (в основном и боковом потоках).
Метод: ИК-спектроскопия, пределы измерений:0-100 мм рт.ст., точность измерений +- 2 мм рт.ст. в диапазоне 0-40 мм рт.ст. Частота дыхания 3 – 150 1/мин.
Термопринтер: ширина бумаги 58 мм, скорость 12,5; 25; 50 мм/с , формат – кривые, графики, таблицы. Кол-во кривых 2 или 3.
Питание от сети непрерыв.тока 220В, 50 Гц, от встроенного аккумулятора 4 часа непрерывной работы.
Габариты 370*350*150 мм, вес 3,5 кг (с аккумулятором).

Комплектация прибора

Новый многофункциональный монитор с цветным 12″ дисплеем, газовым модулем, кардиоанализом и расширенными сетевыми возможностями, встроенная телеметрическая система передачи данных, вычисление дозы и скорости введения медикаментов, система креплений к стене и на подвижную стойку

Приложение № 5
к Информационной карте

Техническая характеристика

Синоптофор СИНФ-1 или эквивалент

(диагностика и лечение косоглазия)

1.Технические характеристики:

- Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов, град. 0+ 45
- Диапазон показаний шкалы вертикальных углов, град. 0+ 10
- Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах, град, не менее + 45
- Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах, град, не менее 32
- Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от 0, град, не менее 15
- Расстояние между осями окуляров оптических головок измеряются в пределах, мм 50…..70
- Увеличение оптической системы 2х
- Частота совместных и раздельных автоматических миганий и колебаний в 1 сек. в пределах 2...8
- Полная потребляемая мощность, ВА, не более 30
  Вверх-вниз 50 мм
- Диапазон перемещения подборотника: 70 мм
- Диапозон авторегулировки вверх/вниз, влево/вправо 7 мм
  Фокусировка 5 мм
- Вывод данных RS232C

Питание от сети переменного тока,
частотой 50 Гц
напряжением, В 220 22
габаритные размеры: 445 х 297 х 377мм
Масса, кг, не более:
Синоптофора 15
В полном комплекте поставки 18
Синоптофор СИНФ-1 комплектуется двадцатью парными объектами.

Приложение № 6
к Информационной карте

Техническая характеристика

Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2-01 «Астра» или эквивалент

Анализатор:
-диапазон измерений интервалов времени,с – 3-600
-пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора,с - 2
-интервалы времени инкубирования, с – 30-600
-температура термостатирования, С – 37 град
-изменения температуры рабочей среды термостата в режиме термостабилизации,С – не более 0,2 град
-максимально допустимое время установления рабочего режима, мин – не более 30
-питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением, В – 220
-мощность потребляемая анализатором от сети,В – не более 70
-объем пробы, мл – не более 0,1
-количество каналов измерения – 2
-габаритные размеры ,мм – 320 х230 х 130
-масса, кг – не более 4,5

Комплектация:
- кювета одноразовая- 1000 шт.
-стержень магнитной мешалки для кюветы- 3000 шт.
-штатив для кювет – 2 шт.
-вспомогательная кювета – 2 шт.
-уплотнительное кольцо измерительной ячейки - 2шт.
Сопроводительные документы:
Руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки.

Приложение № 7
к Информационной карте

Техническая характеристика

Автоматический рефкератометр RK-F1 или эквивалент

Обеспечивает высокую скорость измерений наличию электронной системы сканирования, а система автоматической наводки значительно снижает аккомодацию глаза.

Особенности:

- Работает на дефектном глазе (ИОЛ, швы и прочее)
- Замеряет рефракцию у пациента при наличии контактных линз и очков.
- Оснащен подбородником с электроприводом, который поднимается и отпускается простым прикосновением к кнопке.
- Обладает возможностью проводить измерения в непрерывном режиме, что увеличивает скорость замеров рефракции.
- Наличие системы сканирования позволяет замерять рефракцию с 1-2 попыток пациентов с нестабильной фиксацией глаза.
- Все данные распечатываются на встроенном принтере и могут передаваться с устройства: персональный компьютер, плотер и т.д.

Проектор зрительных знаков АСР-7 (TOPCON) или эквивалент

Светлое, яркое и контрастное изображение зрительных знаков. Компактный дизайн. Инфракрасное дистанционное управление со сменой таблиц в прямом и обратном направлении.

1.Технические характеристики:

- 4 набора, каждый по тридцать различных тестовых таблиц, для прецизионной рефракции на поверхности проекции (на любом уровне). Время переключения 0,2 сек.
- Расстояние до экрана - 3,0 - 6,1м.

Увеличение при расстояниив 5 м – 30 х.

Размер проекции при расстоянии в 5 м – 300 мм.

- Число масок – 5 строчек и 6 столбцов.
  Единичных знаков – 16.
  Красно-зеленых – 1.
  Поворот – 10.
  Автоматическое отключение после 10 минут неиспользования.

Приложение № 8
к Информационной карте

Техническая характеристика

Аппарат в комплекте с инструментами для лапароскопической гинекологии

Стойка для приборов четырехполочная на антистатических колесах с тормозами, блоком розеток, выдвижным ящиком.	1
RZ-405 видеокамера эндоскопическая, включая электронный блок, видеоголовку с кабелем, Y/C кабель, BMC кабель, сетевой кабель. Матрица Уг дюйма, горизонтальное разрешение 520 ТВ линий, процессор 10 bit, выходы FBAS, Y/C. Функции: баланс белого цвета, "window", апертура, яркость.	1
C-Mount адаптер, фокусное расстояние 28.0 mm	1
Монитор жидкокристаллический 19 дюймов в металлическом корпусе, наличие выхода S-VHS , угол зрения 170 градусов	1
Инсуффлятор C02 гистероскопический, включая шланг высокого давления 1 м,, набор силиконовых трубок, гаечный ключ, сетевой кабель, инструкцию по эксплуатации	1
Ксеноновый источник света ALEXIS 1 80 Xenon Light Source,	1
Фиброволоконный световод 4. 8х1800 мм.	1
Аквапуратор в составе: электронный блок, пластиковая бутыль 2л., набор силиконовых трубок, пункционная игла, держатель бутылей, фильтр производительность до 3 л/мин, функция «stand by».	1
Трубка отсасывания / промывания	1
Электрохирургический аппарат ЭРБОТОМ ICC 200 без Эндоката	1
Нейтральный электрод из проводящего силикона, поверхн. контактировав 500 $см^2$ с резиновыми манжетами для закрепл. и разъёмом для ЕКГ, с соединительным кабелем 40 см	1
Соединительный кабель для нейтральных электродов, длиной 4 м, для ЭРБОТОМА ACC/ICC серии, VIO	1
Двухпедальный ножной выключатель взрывозащ. PTB исп. №III BIE 25770 U, серия T/ICC Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, Длина 300 мм.	1
Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов. Длине 300 мм.	1
KARL STORZ Unidrive GYN моторная система, со встроенной SCB системой, используется с ROTOCUT G1 морцеллятором по Sawalhe, рабочее напряжение: 100 - 120/ 230-240 V, 50/60 Hz, состоящая из: 400 A сетевой шнур, Unidrive GYN блок управления с SCB двойная педаль, SCB соединительный шнур	1 1

ROTOCUT G1, нож диам. 12 мм/15 мм, для лапароскопического применения, сост из: тяговый мотор, обтюратор пирамидальный диам. 12 мм, обтюратор пирамидальный диам. 15 мм, канюля троакара скошенная диам. 12 мм, канюля троакара скошенная диам. 15 мм, рукоятка лапароскопическая, нож лапароскопический 12 мм, нож лапароскопический 15 мм , защитный колпачок 12 мм, защитный колпачок 15 мм, клапан мотора 12 мм, клапан мотора 15 мм, уплотняющий колпачок 10 шт., щипцы диам. 12 мм, щипцы диам. 15мм.	1
Уплотняющая насадка-колпачок, для лапароскопического применения, для держателя, для использования с ROTOCUT G1, 10 шт/упак.	1
Универсальный спрей, 500 мл флакон	1
Распылитель	1
Оптика прямого видения 30 гр, Крупноформатная, D 10 мм, Длина 344 мм. Автоклавируемая	
Игла по VERESS длина 140 мм	1
Гильза троакара 5.5 мм с краном для инсуффляции, многофункциональным клапаном	2
Троакар пирамидальный	2
Гильза троакара 5.5 мм. С краном для инсуффляции, с силиконовым клапаном	2
Троакар конический	2
Редукционная гильза, многоразовая, D инструментов 5.5 мм. Внешний D 11 мм	1
Переходник накидной 11/5,5	1
Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм. длина 33 мм. С 2 рабочими браншами. Пластмассовая рукоятка без кремальеры, внешняя трубка	1
Ножницы с тонкими браншами, одна рабочая брашна	1
Ножницы с одной рабочей браншей	1
Разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм. Длина 33 см, с соединением для монополярной коагуляции с 2 рабочими браншами. Пластмассовая рукоятка без кремальеры, внешняя трубка	1
Разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, размер 5 мм. Длина 33 см. с соединением для монополярной коагуляции с 2 рабочими браншами	1
Рукоятка пластиковая с кремальерой и коннектором	1
Трубка внешняя изолированная	1
Щипцы длинные	1
Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, Длина 33 см. с соединением для монополярной коагуляции с 2 рабочими браншами. Атравматические, Пластмассовая рукоятка с кремальерой, внешняя трубка	1

Разборные захватывающие щипцы. поворотные, размер 5 мм. Длина 33 см. с соединением для монополярной коагуляции с 2 рабочими браншами. С зубцами 2х3. Пластмассовая рукоятка с кремальерой, внешняя трубка	1
Пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, с соединением для монополярной коагуляции	1
Щипцы для диссекции и захвата поворотные, размер 5 мм. Длина 33 см. с соединением для биполярной коагуляции с 2 рабочими широкими браншами.	
Кольцевая рукоятка	1
Коагулирующий и диссекционный электрод L-образный, размер 5 мм, длина 34 см	1
Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 34 см	1
Коагулирующий электрод-шарик, размер 5 мм, длина 34 см.	1
ВЧ игольчатый электрод для рассечения и коагуляции, изолированный	1
Фиксатор для миом D 5 мм	1
Фиксатор для миом D 10 мм.	
Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, в упаковке 100 шт.	1

Приложение № 9
к Информационной карте

Техническая характеристика

Микроскоп Микромед Р-1 или эквивалент

Предназначен для наблюдений и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля.

Микроскоп Микромед Р-1 отличает ряд преимуществ:

- двухкоординатный столик с большим диапазоном перемещения препарата
- удобное расположение рукояток фокусировочного механизма и перемещения столика (регулировка без отрыва от просмотра)
- коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- качественная встроенная осветительная система с регулировкой яркости лампы, встроенная в основание микроскопа
- система охлаждения осветителя – нагрев меньше, чем у аналогов
- четырехгнездный револьвер
- легче аналогов
- современный дизайн

Технические характеристики

Увеличение, крат	40-1600
Насадка	Монокулярная
Револьвер	4-гнездный
Линейное увеличение объективов	4х0,1 10х0,25 40х0,65 100х1,25 ми
Видимое увеличение окуляров	10, 16
Предметный столик	Прямоугольный двухкоординатный 110х120 мм
Источник света	Лампа накаливания 220В/20Вт
Наибольшая числовая апертура конденсора	1,25
Напряжение, В	220±22
Частота, Гц	50
Габаритные размеры, мм	175х205х355
Масса, кг	3,5
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	180х250х370
Масса (с упаковкой), кг	4,0

Микроскоп Микромед-2 вариант 2-20 или эквивалент

Предназначен для наблюдений и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и по методу фазового контраста (соответственно с конденсором темного поля и с фазово-контрастным устройством, поставляемыми по дополнительному заказу).

Микроскоп Микромед 2 вариант 2-20 отличает ряд преимуществ:

- парфокальные объективы
- центрируемый конденсор Аббе
- регулируемая полевая диафрагма
- осветительная система по методу Келлера
- двухкоординатный столик с большим диапазоном перемещения препарата
- удобное расположение рукояток фокусировочного механизма и перемещения столика (регулировка без отрыва от просмотра)
- коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- качественная встроенная осветительная система с регулировкой яркости лампы, встроенная в основание микроскопа
- система охлаждения осветителя – нагрев меньше, чем у аналогов
- бинокулярная насадка с возможностью изменения глазной базы от 55 до 75 мм
- четырехгнездный револьвер
- легче аналогов
- современный дизайн

Технические характеристики

Увеличение, крат	40-1000/1600* (с доп.16-кратн. окулярами)
Насадка	Бинокулярная
Револьвер	4-гнездный
Линейное увеличение объективов	4x0,1 10x0,25 40x0,65 100x1,25 ми
Видимое увеличение окуляров	10
Предметный столик	координатный 80x50 мм
Источник света	Галогенная лампа 6В/20Вт
Наибольшая числовая апертура конденсора	1,25
Напряжение, В	220±22
Частота, Гц	50
Габаритные размеры, мм	245x305x535
Масса, кг	8.0
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	300x355x570
Масса (с упаковкой), кг	9.6

Центрифуга лабораторная ОПн-3М или эквивалент

Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок, центрифуга периодического действия, обычная, переносная, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см³ в поле центробежных сил. Применяется в практике клинической лабораторной диагностики, в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С.

Центрифуга обеспечивает:

- Плавный разгон и плавное торможение вращения ротора.

• Отключение двигателя и экстренное торможение вращения ротора в случае аварии.
• Автоматическое поддержание частоты вращения ротора с индикацией скорости на лицевой панели.
• Автоматическое отключение двигателя через заданный интервал времени.
• Индикацию времени работы (при отсутствии предварительного задания интервала времени работы).
• Блокировку включения двигателя при открытой крышке.
• Блокировку открывания крышки при работающем двигателе.
• Работу с максимальным объемом центрифугата - 150 см³, с неуравновешенными массами в диаметрально противоположных гильзах - до 2г.

Технические характеристики

Скорость вращения ротора центрифуги, об/мин	1000, 1500, 2000, 3000
Точность поддержания скорости вращения ротора центрифуги, об/мин	±100
Время непрерывной работы, мин	180
С последующим перерывом, мин	60
Диапазон установки задатчика интервала времени работы, мин	1…99 мин с шагом 1 мин
Номинальный объем центрифугата, см³	100
Применяемые пробирки	стандартные, цилиндрические и конические, диаметром до 17 мм, высотой до 150 мм
Питание сеть переменного тока (напряжение/частота), В /Гц	220±22 / 50±0,5
Потребляемая мощность, ВА, не более	200
Габаритные размеры центрифуги, мм, не более	460x405x270
Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, кг, не более	10
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	500x500x300
Общий вес (с упаковкой), кг	16

Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови МиниГЕМ-523 или эквивалент

Гемоглобинометр представляет собой специализированный фотометр, предназначенный для определения концентрации гемоглобина крови в г/л унифицированным гемиглобинцианидным методом. Измерение оптической плотности производится в узком спектральном диапазоне с последующим автоматическим пересчетом в результат анализа по заданному алгоритму, и отображением полученного значения на табло-индикаторе.

Прибор является восстанавливаемым ремонтопригодным изделием многократного использования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон измеряемой прибором оптической плотности составляет от 0 до 0,9 Б, что соответствует концентрации общего гемоглобина крови от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций.

Измеряемая оптическая плотность - D и соответствующее ей показание прибора – С связаны линейной зависимостью: С = К х D, где К – коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от спектральных характеристик исследуемого вещества.

Значение этого коэффициента для оптической плотности стеклянных мер из набора НОСМОП-6-1, используемого при поверке прибора, указывается в разделе 11 Руководства - "Свидетельство о приемке".

2.2. Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе равно трем.

2.3. Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерениях оптической плотности стеклянных мер из набора НОСМОП-6-1 составляют: ±0,01 Б - в диапазоне от 0 до 0,2 Б; ±5% - в диапазоне от 0,2 до 0,9 Б.

2.4. Предел допускаемого среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности измерений равен 0,01 Б.

2.5. Время установления показаний от момента запуска измерительного цикла, сопровождаемого звуковым сигналом, до момента появления результата на табло-индикаторе не превышает 2 с.

2.6. Объем пробы для фотометрирования - не менее 1 мл и не более 4 мл.

2.7. Длина оптического пути кюветы - 10±0,1 мм.

2.8. Питание прибора может осуществляться одним из следующих способов:

• от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц через вторичный источник питания, с автоматическим отключением внутренних элементов питания

• от 3-х внутренних стандартных сухих элементов питания типа АА. Прибор содержит экономичную электронную схему, поэтому время работы в автономном режиме составляет от одного года до 4 лет лет (в течение всего срока годности батарей) без замены элементов питания.

2.9. Количество циклов измерения при питании от одного комплекта элементов питания - не менее 1000000.

2.10. Габаритные размеры прибора составляют 178x127x43 мм.

2.11. Средняя наработка на отказ - не менее 100000 циклов измерений.

2.12. Средний срок службы прибора - не менее 4 лет при средней интенсивности эксплуатации 4 часа в сутки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

N	Наименование	Шифр документации	К-во
Базовый комплект поставки			
1	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-"Минигем"	ТУ 9443-022-11254896-2004	1
2	Кювета оптическая 10 мм	ГОСТ 20903	1
3	Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.002-02	1
4	Элементы питания		3
5	Руководство по эксплуатации на русском языке	ДГВИ.941416.003-01РЭ	1

Шкаф вытяжной ШВ01 или эквивалент

Предназначен для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с использованием токсичных паров и газов.

Варианты исполнения столешницы**:** - керамика.

• Конструкция шкафа – травмобезопасный алюминиевый каркас (шкафы значительно легче металлических аналогов), панели – ламинированная ДСП

• Цвет - светлый

• Шкаф оснащен вертикальным подвижным экраном с противовесами (можно зафиксировать в любом положении), лампой для освещения рабочей камеры

• На передней панели расположены розетка для подключения электрических приборов и два выключателя

• Поставляется в разобранном виде

Технические характеристики

Питание, В / Гц	220 / 50
Потребляемая мощность лампы освещения, Вт	15
Максимальная нагрузка на столешницу, кг	20
Диаметр фланца для соединения с системой вентиляции, мм	100
Объем рабочей камеры, м³	0,42
Габариты рабочей зоны (дхшхв), мм	970х510х860
Габаритные размеры (дхшхв), мм	1000х700х1790
Масса, кг	60

Приложение № 10
к Информационной карте

Техническая характеристика
Система вентиляции легких для новорожденных для проведения неинвазивной поддержки дыхания (назального CPAP) с вариабельным потоком

Для проведения вентиляции с активным носовым постоянным положительным давлением в дыхательных путях у новорожденных

Основные требования	**Параметры/наличие**
Система вентиляции легких для новорожденных для проведения неинвазивной поддержки дыхания (назального CPAP) **с вариабельным потоком**	Наличие
Регистрационное удостоверение МЗ РФ (МЗ РФ и СР)	Наличие
Сертификат соответствия ГОСТ	Наличие
Соответствие стандартам: IEC 60601-1/EN60601-1 IEC 60601-1-2/EN60601-1-2	Наличие
Учебное пособие с методическими рекомендациями по клиническому применению системы активного NCPAP с вариабельным потоком у новорожденных, адаптированное для ЛПУ РФ на CD-носителе	Наличие
Смеситель «кислород/медицинский воздух»	Наличие
Встроенный анализатор кислорода с сигналом тревоги	Наличие
Элементы управления:	
Поток:	
Диапазон:	Не более 10 л/мин, ATPD
Разрешение:	0.5 л/мин при 1 – 10 л/мин
Точность:	± 0.3 л/мин
Кислород	
Время задержки триггера:	нет
Диапазон:	21 – 100%
Разрешение:	не применимо
Точность:	± 3%
Мониторинг пациента:	Наличие
NCPAP	

Диапазон:	0 – 12 смH_2O, ATPD
Разрешение:	1 смH_2O
Точность:	± 1 смH_2O
Кислород	
Диапазон:	21 – 100%
Разрешение:	1%
Точность:	± 2%
Автоматически гаснущий экран	Наличие
Тревоги:	
Высокое давление	
Диапазон:	0 – 12 смH_2O (+3 смH_2O)
Разрешение:	1 смH_2O
Низкое давление	
Диапазон:	0 – 12 смH_2O (-2 смH_2O)
Разрешение:	1 смH_2O
Высокое и низкое значение кислорода	
Диапазон:	18 – 101 % (± 5%)
Разрешение:	1 %
Опасно низкое значение	
Диапазон:	18% FiO_2
Разрешение:	не применимо
Неисправность кислородной ячейки	< 5% FiO_2
Источники кислорода и воздуха	
Диапазон:	2–4.8 бар/ 30–70 psig/207–483 кПа
Максимальный перепад давления:	1.38 бар/20 psig /138 кпа
Электрические характеристики	
Входная мощность	100 - 125 В ~; 50/60 Гц, 0.25 А 200 - 240 В ~; 50/60 Гц, 0.2 А

Предохранители (2)	T 2.0 AH 250 В
Размеры мониторирующего газового смесителя	
Размеры: (ш х в х г)	210 х 175 х 145 мм
Вес	6.1 кг
Условия окружающей среды	
Температура	Рабочая: 10 - 40 °C, Хранение: -10 °C - 60 °C
Относительная влажность	0 - 75% без конденсации
Атмосферное давление	700 – 1060 гПа (мбар)
Громкость сигналов тревоги	51.5 дБ (А)
Пациентный клапан сброса давления	
Тип: электронный предохранительный клапан	Наличие
Давление открытия:	10 смH_2O ± 1 смH_2O
Пациентный клапан сброса избыточного давления	
Тип: механический	Наличие
Давление открытия:	150 смH_2O ± 10 смH_2O
Максимальный поток	100 л/мин STPD
Устройства измерения и визуализации	
Измерение давления: Тип: полупроводниковый Позиция: внутри мониторирующего газового смесителя Измерение: давление, поданное пациенту	Наличие
Измерение кислорода: Тип: гальваническая ячейка Позиция: внутри мониторирующего газового смесителя Измерение: концентрация кислорода, поданного пациенту	Наличие
Дополнительный выход	Порт выхода газа с обратным клапаном
Универсальный генератор, основанный на эффекте двойной струи	Наличие
Назальные канюли	Короткие биназальные
Размер канюль	XL, L, M, S (по выбору)

Дыхательный контур одноразовый, с нагревающей проволокой	Наличие
Напряжение	16, 21, 28 В
Совместимость 21В версии	F&P MR600, MR620, MR630, MR700, MR720, MR730, Hudson RCI 380-88
Совместимость 16В версии	Hudson RCI 380-90
Совместимость 28В версии	Marquest SCT2000, SCT3000
Шапочки (размеры):	1 (S) 450 – 750 г 2 (M) 650 – 900 г 3 (L) 900 – 1600 г 4 (XL) 1500 – 2500 г 5 (XXL) > 2500 г
Назальные маски	3-х размеров
Стойка	5 ножек с креплением для системы
Комплектация:	
Мониторирующий смеситель газов со стойкой	1 шт.
Воздушный шланг (4 м)	1 шт.
Кислородным шланг (4 м)	1 шт.
Набор универсального генератора с назальными канюлями 4-х размеров и кнозометром (10 шт.)	2 набора
Набор одноразового контура с нагревающей проволокой (10 шт.)	2 набора
Набор шапочек 2-го (M) размера (10 шт.)	1 набор
Набор шапочек 3-го (L) размера (10 шт.)	1 набор
Увлажнитель F&P 850 в комплекте	1 шт.
Инструкция по использованию на русском языке	Наличие

Приложение № 11
к Информационной карте

Техническая характеристика

Концентратор кислорода повышенного давления

Напряжение +/ - 10% 220В , +/- 10% , 50гц
Потребляемая мощность 1300 вт.
Концентрация кислорода 93 +/ - 3%
Производительность 1-12 л. В мин
Давление кислорода на выходе 0,38 – 0,42 МПа
Уровень шума < 60дБ
Размеры 640х340х50мм
Вес 63кг.
Электробезопасность: класс 1, тип В

Приложение № 12
к Информационной карте

Техническая характеристика

Ультразвуковой сканер с цветным Доплером HY 6000, Haiying или эквивалент

Линейный, конвексный.
Режим сканирования – B,B/B,B/M,M, цветной Доплер, энергетический Доплер, спектральный Доплер, импульсноволновой Доплер, энергетический Доплер, дуплексный, триплексный режим, тканевая гармоника.
Фокусировка – многоступенчатая (8 уровней), динамическая.
Кинопамять – хранение в памяти и воспроизведение 128 последовательных изображений. Параметры дисплея – акустическая мощность, общий прирост, кривая TGC, прирост Доплера, частота воспроизводимости пульса, коэффициент фильтрации.
Режимы изображения – цветное изображение, автоматическая оптимизация кадров, установка угла сканирования и фильтра.
Регулировка изображения – регулировка чувствительности по глубине STC: 4 уровня, 8 уровней динамического диапазона, 8 ступеней усиления резкости, регулировка скорости в М режиме, отображение функции возврата.
Градация яркости – 256 градаций по серой шкале.
Вычисления – стандартные расчеты и вычисления, акушерские расчеты, кардиологические, урологические и т.д.
Количество элементов датчиков – 128.
Подключение датчиков – одновременное подключение двух датчиков.
Размер монитора – 15 дюймов.
Свойства системы – самоконтроль, защита от перепадов напряжения, автоматическое сохранение данных.
Линейный (близкие области) мультичастотный датчик 5,0-9,0 МГц, 38L;
Конвексный кардиологический мультичастотный датчик 2,5-4,5 МГц, 20 град.;
Конвексный вагинальный мультичастотный датчик 5,0-9,0 МГц, 10 рад.;
Биопсийная насадка на датчик;
Цветной видеопринтер.
Технические данные на русском языке

Приложение № 13
к Информационной карте

Техническая характеристика

Стерилизатор воздушный ГП-80 МО или эквивалент

Для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения.
Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока:
Напряжение, В – 220 (+10% - 5%)
Частота, Гц 50
ГП - 80 МО
Мощность, кВт, не более 2,8
Масса, кг 43,0 ± 3,5
Габаритные размеры, мм
высота 595 ± 10
ширина 815 ± 10
глубина 580 ± 10
Внутренние размеры стерилизационных камер, мм
высота 455 ± 5
ширина 520 ± 5
глубина 350 ± 5

Стерилизатор паровой ГК-100-3 или эквивалент

Для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резиновых изделий, изделий из текстильных материалов.
Рабочее давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см^2), не более 0,22 (2,2)
Род тока переменный трехфазный
Частота, Гц 50 или 60
Напряжение, В 380
Потребляемая мощность, кВ. А, не более 14
Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 + 2
Количество режимов стерилизации 2
Параметры первого режима стерилизации:
рабочее давление, МПа (кгс/см^2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2)
температура, ° С 132 ± 2
время стерилизационной выдержки, мин, не менее 20 + 2
Параметры второго режима стерилизации:
Рабочее давление, МПа (кгс/см 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2)
Температура, ºС 120 + 2
Время стерилизационной выдержки, мин, не менее 45 + 3
Габариты, мм
Длина 1170 ± 50
Ширина 604 ± 50
Высота 1465 ± 50
Масса стерилизатора, кг, не более 230

Приложение № 14
к Информационной карте

Техническая характеристика
Стресс система анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром

№	Описание требований	Наличие функции параметра по ТЗ
1	2	3
1.1	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России	Наличие
1.2	Наличие сертификата соответствия Госстандарта России	Наличие
	2. Состав системы	
2.1.	Программа анализа ЭКГ в нагрузке с базой данных	Наличие
2.2	12 канальный измерительный модуль ЭКГ	Наличие
2.3	Медицинский велоэргометр	Наличие
2.4	Компьютерный модуль имеет процессор P-IV 2,4 ГГц, оперативную память 512 MB;.Windows XP Home OEM Edition Rus	Не ниже
2.5	Монитор с разрешением 1600*1200 пикселей	Не ниже 19"
2.6	Принтер лазерный 1200x1200dpi	Наличие
2.7	Трансформатор-фильтр (2шт.)	Наличие
3.1.	Одновременное отображение и сохранение ЭКГ по выбору - 12 стандартные, Cabrera, 2 специальные или другие	Наличие
3.2.	Встроенные протоколы проведения исследования	Наличие
3.3.	Возможность создания и сохранения в памяти своего протокола проведения исследования	Наличие
3.4.	Автоматическое измерение артериального давления (при наличии модуля)	Возможность
3.5.	Параметры, которые отображаются, и вычисляются в режиме реального времени: отклонение ЭКГ кривой во время теста от первичной ЭКГ; зубцы P,Q,R,S,T и их амплитуды интервал PQ ширина комплекса QRS длительность сегмента QT ширина зубца Q угол зубцов P, T и комплекса QRS уровень сегмента ST наклон сегмента ST площадь сегмента ST J-точка амплитуды определение экстрасистол определение аритмий	Наличие
3 .6.	Тренды, отображаемые на дисплее монитора: частота сердечных сокращений, значение артериального давления, отображение процесса теста, отображение данных при тесте на велоэргометре в W или MET, отображение данных при тесте на беговой дорожке в MET, скорости, угла подъема скорость оборотов за минуту на велоэргометре QT, QT с длительностью количество вентрикулярных и суправентрикулярных экстрасистол за последнюю минуту	Наличие
3.7.	Возможность замораживания кривой на экране и выбора цвета изображения данных	Наличие

3.8.	Поиск пациентов по имени, коду или дате	Наличие
3.9.	Просмотр сохраненных данных, их редактирование, удаление и распечатка данных исследования через термопринтер электрокардиографа или сетевой принтер	Наличие
3.10.	Редактор отчета с возможностью создания комментарий врача, рекомендаций об идеальном весе и режиме последующих тренировок, номограммы Дюка (прогноз жизни пациента).	Наличие
3.11.	Возможность экспорта и импорта данных	Наличие
3.12.	Совместимость с эргометрами фирмы Lode (Нидерланды)	Наличие
4.1	ЭКГ усилитель	12 канальный синхронный, 1000 Hz/канал
4.2	Разрядность АЦП	13 Ыт, 2,5 uV/bit
4.3	Чувствительность	1/4, 1/2, l,2cm/mv, ±3 %
4.4	Скорость	10,25, 50, 100 mm/s
4.5	Фильтры:	сетевой фильтр мышечный фильтр программный фильтр изолинии
4.6	Частотный диапазон	0,05-150 Hz, 0/-3dB
4.7	Входной импеданс	min. 20 MOhm
4.8	Смещение постоянной составляющей	± 320 mV
4.9	Шум входящего сигнала	max. 20 p.Vpp
4.10	Коэффициент ослабления синфазного сигнала)	min. 100 dB
4.11	Определение кардиостимулятора	max. 700 mV/2 ms
4.12	Класс защиты	I, CF,IEC 601, IP 20
4.13	Защита от дефибрилляции	Кабелем с защитой от дефибрилляции
4.14	Прикладные стандарты	IEC601-2-25 AAMIEC13 IEC601-1
4.15	Велоэргометр	
4.16	Диапазон нагрузки	7-1000 Вт
4.17	Шаг изменения нагрузки	1 Вт
4.18	Точность	3%, не хуже чем 3 Вт
4.19	Модуль управления (встроенный):	
	Отображаемые функции: нагрузка, обороты в минуту, расстояние, время, вращающий момент	Наличие
4.20	Тип дисплея программируемого модуля управления	ЖК, 2x16 символов
4.21	Установки дисплея	По выбору
4.22	Программируемый модуль управления с измерением АД	опция
4.23	Принцип измерения АД	Тоны Короткова

4.24	Программируемый модуль управления с измерением Sp02 и ЧСС	опция
4.25	Регулировка	Сиденье: 520-820 мм Руль: 360°
4.26	Максимальный вес пациента	160 кг
4.27	Питание	115/230 В, 50/60Гц, 130 Вт
4.28	Интерфейс	Аналоговый, цифровой
4.29	Размеры (Д х Ш х В), см	115х60х114
4.30	Вес	56 кг
5.1	Документация на русском языке	Наличие

Приложение № 15
к Информационной карте

Техническая характеристика
Стоматологическая установка стационарная (без кресла)

№ п/п	Описание требований	Наличие функции или предлагаемая величина параметра
1.	**Общие требования:** Номинальное напряжение питания Номинальная частота Максимальная мощность при 50 Гц – без кресла Входное давление воздуха Входное давление воды Уровень защиты от поражения эл.током Тип защиты от поражения эл.током (жесткая установка) Уровень покрытия Масса без кресла Классификация согласно MDD 93/42 EEC	 230В (110В)±10% 50-60Гц±2% 150ВА 0,5Мпа(+0,2-0,03) Мпа 0,6Мпа(+0,3)Мпа В IP 20 59кг±5%
2.	**Основной блок:**	
	Столик врача на 5 инструментов, с пантографическим плечом и нижним подключением шлангов, установлено – 3 инструмента	Наличие
	Многофункциональный пистолет (вода/воздух/спрей)	Наличие
	Шланг воздушный со светом	Наличие
	Шланг с электрическим микромотором	Наличие
	Блок плевательницы и место ассистента:	Наличие
	поворотная фарфоровая раковина с функцией споласкивания	Наличие
	подача воды для пополнения стакана	Наличие
	автономная подача чистой воды на наконечник	Наличие
	слюноотсос с сепаратором	Наличие
	Светильник Faro – два уровня освещенности	Наличие
	Педаль управления:	Наличие
	двухфункциональная: включение и продув инструментов	Наличие

Приложение № 16
к Информационной карте

Техническая характеристика

Стол зуботехнический на два рабочих места

1. Светильник – 2 шт.
2. Полка 70х2100
3. 8 розеток
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью – 2 шт.
5. 9 выдвижных ящиков
6. 2 подлокотника – 2 комплекта
7. Размеры: 1650х2100х600 мм
8. Цвет 6024

Стол зуботехнический на одно рабочее место

1. Светильник .
2. Полка
3. 4 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 7 ящиков
6. 2 подлокотника
7. Размеры: 1650х1300х600 мм
8. Цвет 6024

Приложение № 17
к Информационной карте

Техническая характеристика

Стоматологическая установка «Дипломат ДА 110» или эквивалент

Столик врача – на 4 инструмента (установлено 3 базовых инструмента),
Нижнее подключение шлангов
Микропроцессорное управление инструментами
Столик врача оснащен негатоскопом – многофункциональный пистолет врача (вода/воздух/спрей).
MINIASSISTENT, шланг воздушный универсальный со светом (Midwest),
Шланг с электрическим микромотором
Внутреннее охлаждение.
Блок плевательницы (стационарный): стеклянная раковина с функцией споласкивания, подача воды для наполнения стакана, автономная подача воды на наконечники, слюноотсос.
Светильник Сириус.

Приложение № 18
к Информационной карте

Техническая характеристика

Компрессор ДК 50 10 С или эквивалент

Безмасляный компрессор, в шумопоглощающем шкафе, производительность 70 л/мин., давление 4,5 – 6,0 атм, уровень шума 65 Дб (А).

Приложение № 19
к Информационной карте

Техническая характеристика

Кресло стоматологическое «Дипломат ДМ 10Е» или эквивалент

Электромеханическое кресло, червячный механизм подъема-опускания кресла и подъема-опускания спинки, 1 программа возврата кресла в исходное положение.
Диапазон подъема кресла с нижнего положения 460 мм до верхнего положения 810 мм.
Один подлокотник.
Цвет синий.

Уполномоченному органу:

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Управление экономики
администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 4 квартал 2008 года.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____
_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку _____
_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Наименование товара* и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
Место, условия и сроки поставки товара					
Форма, сроки и порядок оплаты товара					
Безопасность товара					
Требования к размерам товара					
Требования к упаковке товара					
Требования к отгрузке товара					
Срок предоставления гарантий качества товара					
Объем предоставления гарантий качества товара					
Требования к обслуживанию товара					
Требования к расходам на эксплуатацию товара					
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)					
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты					
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика					

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

* С указанием технических характеристик.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О*

М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____

_____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____
(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:
_____
_____
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18,19.

г.Владимир « ____» _____2008 г

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию _____ (наименование учреждения здравоохранения) (Покупателю) на основании договора поставки _____ _____(далее именуемый Товар), в количестве _____, произвести разгрузку, установку, пуск, наладку, инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании, а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара.

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам аукциона на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., в том числе НДС -_____% _____руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик в течение всего срока действия Контракта, по согласованию с Поставщиком вправе изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляются дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки

поставки путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

3.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

3.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

3.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

3.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

3.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

3.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

4.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Покупателем только после поставки последней части, входящей в комплект.

4.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

4.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

4.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

5.2. Заказчик не позднее 5-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

5.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд.

5.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 3 дней с момента получения извещения о прикреплении.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

6.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д).

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2.2. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

6.2.5. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

6.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:	Заказчик:
_____/_____	_____/Савинов В.Е./
М.П.	М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставку товаров для
муниципальных
нужд г.Владимира
от "___"_____200__ №_____

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Наименование сопутствующей услуги	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на поставку товаров для
муниципальных нужд г. Владимира
от "___" _____2008 №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1				До 01 декабря 2008 г.	

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№ 8,13,14

г.Владимир « ____» _____2008 г.

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию _____ (наименование учреждения здравоохранения) (Покупателю) на основании договора поставки _____ _____(далее именуемый Товар), в количестве _____, произвести разгрузку, установку, пуск, наладку, инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании, а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара.

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам аукциона на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., в том числе НДС -_____% _____руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик в течение всего срока действия Контракта, по согласованию с Поставщиком вправе изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляются дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

3.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

3.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

3.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

3.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

3.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

3.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

4.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Покупателем только после поставки последней части, входящей в комплект.

4.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

4.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

4.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче

или пересортице.

4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

5.2. Заказчик не позднее 5-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

5.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд.

5.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 3 дней с момента получения извещения о прикреплении.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

6.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д).

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2.2. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

6.2.5. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

6.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:	Заказчик:
_____/_____	_____/Савинов В.Е./
М.П.	М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставку товаров для
муниципальных нужд
г.Владимира
от "___"_____2008 г.
№_____

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Наименование сопутствующей услуги	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на поставку товаров для
муниципальных
нужд г. Владимира
от "___" _____2008 г. №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1				До 20 ноября 2008 г.	

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;
– код города, номер телефона и факса;
– адрес электронной почты;
– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о

проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему

понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.